Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021120-1
Сатып алудың атауы:	Бөліктерге бөлінген, иілген жатыр зонды
Лоттың нөмірі:	№ 88492636-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Зонд
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бөлікшелері бар иілген жатыр зонды. Жатыр зонды жатыр мойны өзегі мен жатыр қуысын зерттеуге, сондай-ақ олардың ұзындығын (тереңдігін) өлшеуге арналған болуы тиіс. Зонд өлшеу белгілері бар, ұшы зәйтүн тәрізді домалақ ұштықпен аяқталатын жіңішке иілген металл өзек түрінде болуы тиіс. Өлшеу белгілері бір-бірінен 1 см қашықтықта орналасуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Ұзындығы – кемінде 290 мм. Өлшеу бөліктерінің арақашықтығы – 1 см. Пішіні – иілген. Ұшы – зәйтүн тәрізді. Материалы – тот баспайтын болат.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Ермеков көшесі, 87
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жатыр зонды жатыр мойны өзегі мен жатыр қуысын зерттеуге, сондай-ақ олардың ұзындығын (тереңдігін) өлшеуге арналған болуы тиіс. Зонд зәйтүн тәрізді ұшымен аяқталатын, бөліктерге бөлінген жіңішке металл иілген өзек түрінде болуы тиіс. Бөлік белгілері бір-бірінен 1 см қашықтықта түсірілуі тиіс. Ұзындығы – кемінде 290 мм; Материалы – тот баспайтын болат. Жеткізу шарттары Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған (пайдалануда болмаған, қалпына келтірілмеген, бұрын пайдаланылған тораптардан құрастырылмаған) болуы тиіс. Тауар тасымалдау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттың түпнұсқалық қаптамасында жеткізілуі тиіс. Жеткізілетін тауардың сапасы мен қауіпсіздігі тиісті сертификаттармен (сәйкестік сертификаты, сәйкестік туралы декларация) немесе өндіруші зауыттың паспортымен расталуы тиіс. Өнім беруші Тауарды Тапсырыс берушінің мекенжайына өз күшімен және өз қаражаты есебінен жеткізуді жүзеге асырады. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің бөлу тізіміне сәйкес (пайдалану орындары бойынша) Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының қатысуымен жабдықтың толық жиынтығын жеткізуге, түсіруге, жинауға, монтаждауға және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге міндетті. Қосу жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің персоналына жабдықты пайдалану бойынша практикалық оқыту жүргізуге міндетті. Жеткізу кезінде Өнім беруші қазақ немесе орыс тілдерінде құжаттардың толық топтамасын ұсынуға міндетті, оның ішінде: Бұйымның техникалық паспорты; Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (пайдаланушы нұсқаулығы); Сериялық нөмірлері көрсетілген кепілдік талоны. Шет тіліндегі құжаттар қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасымен бірге ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 ай болуы тиіс.

	Жеткізу мерзімі – шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспауы тиіс. Тауарлардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші өтінім құрамында мынадай мәліметтерді көрсетуге міндетті: Моделі; Шығарылған жылы; Кепілдік мерзімі; Өндіруші зауыт және оның орналасқан жері; Техникалық ерекшелікте талап етілетін өзге де мәліметтер.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021120-1
Наименование закупки:	Зонд маточный с делениями, изогнутый
Номер лота:	№ 88492636-ЗЦП1
Наименование лота:	Зонд
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Зонд маточный с делениями, изогнутый. Зонд должен быть предназначен для исследования шеечного канала и полости матки и измерения их длины (глубины). Зонд должен представлять собой тонкий металлический изогнутый стержень с делениями, заканчивающийся оливой. Деления должны быть нанесены на расстоянии 1 см одно от другого. Длина – не менее 290 мм. Материал – нержавеющая сталь.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Ермекова 87
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зонд должен быть предназначен для исследования шеечного канала и полости матки и измерения их длины (глубины). Зонд должен представлять собой тонкий металлический изогнутый стержень с делениями, заканчивающийся оливой. Деления должны быть нанесены на расстоянии 1 см одно от другого. Длина – не менее 290 мм. Материал – нержавеющая сталь.Условия поставки. Товар должен быть новым, ранее не использованным (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из б/у узлов). Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. Качество и безопасность поставляемого товара должны быть подтверждены соответствующими сертификатами (сертификат соответствия, декларация о соответствии) или паспортом завода-изготовителя. Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу Заказчика собственными силами и за свой счет. Потенциальный поставщик обязан произвести доставку, разгрузку, сборку, монтаж и пуско-наладку всего комплекта оборудования согласно разнарядке Заказчика (по местам эксплуатации) в присутствии ответственного лица Заказчика. По завершении подключения Поставщик обязан провести практический тренинг для персонала Заказчика по эксплуатации оборудования. При поставке Поставщик обязан предоставить полный пакет документации на казахском или русском языках, включая: Технический паспорт изделия; Руководство по эксплуатации (инструкция пользователя); Гарантийный талон с указанием серийных номеров. Документы на иностранном языке должны сопровождаться переводом на казахский или русский языки. Гарантийный срок должен быть не менее 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. Срок поставки — не более 15 календарных дней с момента заключения договора. Для подтверждения соответствия товаров требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик в составе заявки обязан указать: модель; год выпуска; гарантийный срок; завод-изготовитель и его местонахождение; другие сведения, требуемые технической спецификацией.