Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17906717-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық ерекшелікке сәйкес дәрілік заттарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82686516-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Инфузиялық жүйе |
| **Лоттың сипаттауы:** | инфузиялық ертінділерді құюға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Су |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 274200000, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. с.Жанібек Абай к-сі 1г үй.; |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Инесі бар ерітінді құю жүйесі. Жүйе дәрілік ерітінділер мен инфузиялық препараттарды бір рет қолданылатын әдіспен көктамыр ішіне енгізуге арналған. Негізгі сипаттамалары: Түрі — стерильді, бір рет қолданылатын инфузиялық жүйе. Иненің өлшемі — 21G (0,8 мм). Иненің ұзындығы — 40 мм. Жүйе стерильді, уытсыз, апирогенді және бір рет қолдануға арналған болуы тиіс. Әрбір жүйенің жиынтықтылығы: Инфузиялық түтік — 1 дана. Флаконға/контейнерге арналған тескіш шип — 1 дана. Тамшылату камерасы — 1 дана. Ерітіндінің ағу жылдамдығын реттейтін роликті реттегіш — 1 дана. Инъекциялық порт — 1 дана. Жалғағыш коннектор — 1 дана. 21G (0,8 мм) инъекциялық ине, ұзындығы 40 мм — 1 дана. Ине үшін қорғаныш қалпақша — 1 дана. Жеке стерильді қаптама — 1 дана. Жүйенің барлық қосылыстары герметикалық және ерітіндінің сенімді берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Жеке қаптама герметикалық және зақымдалмаған болуы тиіс. Қаптамада бұйымның атауы, иненің өлшемі, иненің ұзындығы, партия нөмірі, өндірілген күні және жарамдылық мерзімі көрсетілуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және медициналық бұйымдарға қойылатын сапа мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Саны: 3 (үш) дана. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17906717-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение лекарственных средств в соответствии с технической спецификацией |
| **Номер лота:** | № 82686516-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Система инфузионная |
| **Описание лота:** | для переливания инфузионных растворов |
| **Дополнительное описание лота:** | Система для вливания с иглой |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 274200000, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек с.Жанибек ул.Абая дом №1г; |
| **Срок поставки:** | В течение 15 календарных дней со дня подписание договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование товара: Система для вливания с иглой. Система предназначена для однократного внутривенного введения лекарственных растворов и инфузионных препаратов. Основные характеристики: Тип — стерильная одноразовая система для инфузий. Игла — размер 21G (0,8 мм). Длина иглы — 40 мм. Система должна быть стерильной, нетоксичной, апирогенной и предназначенной для однократного применения. Комплектация каждой системы: Инфузионная трубка — 1 шт. Прокалывающий шип для флакона/контейнера — 1 шт. Капельная камера — 1 шт. Роликовый регулятор скорости потока — 1 шт. Инъекционный порт — 1 шт. Соединительный коннектор — 1 шт. Инъекционная игла 21G (0,8 мм), длина 40 мм — 1 шт. Защитный колпачок на иглу — 1 шт. Индивидуальная стерильная упаковка — 1 шт. Все соединения системы должны быть герметичными и обеспечивать надежную подачу раствора. Индивидуальная упаковка должна быть герметичной и неповрежденной. На упаковке должны быть указаны наименование изделия, размер иглы, длина иглы, номер партии, дата изготовления и срок годности. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать требованиям качества и безопасности медицинских изделий. Количество: 3 (три) штуки. |