Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18019064-1
Сатып алудың атауы:	Сүзгі ауаны тазартуға арналған
Лоттың нөмірі:	№ 88829210-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгі DSD-201 репроцессорындағы икемді эндоскоптардың арналарын үрлеуге арналған ауаны тазартуға арналған болуы керек. Тері тесігінің мөлшері, 0,2 мкм аспайды. Сүзгі элементінің дизайны диск болуы керек. Сүзгіде тез босатылатын қондырғы болуы керек. Қосқыш фитингтердің түс көрсеткіші көк және ақ болуы керек. Сүзгі элементінің дискінің диаметрі, 60 мм-ден аспайды. қосқыш фитингтері бар жалпы ұзындығы, 130 мм-ден аспайды. сүзгі DSD-201 Автоматты репроцессорының барлық түйіндерімен үйлесімді болуы керек.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	355230100, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Нұра к. Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Нұра к., Сулейменов к,2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі DSD-201 репроцессорындағы икемді эндоскоптардың арналарын үрлеуге арналған ауаны тазартуға арналған болуы керек. Тері тесігінің мөлшері, 0,2 мкм аспайды. Сүзгі элементінің дизайны диск болуы керек. Сүзгіде тез босатылатын қондырғы болуы керек. Қосқыш фитингтердің түс көрсеткіші көк және ақ болуы керек. Сүзгі элементінің дискінің диаметрі, 60 мм-ден аспайды. қосқыш фитингтері бар жалпы ұзындығы, 130 мм-ден аспайды. сүзгі DSD-201 Автоматты репроцессорының барлық түйіндерімен үйлесімді болуы керек. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18019064-1
Наименование закупки:	Фильтр предназначен для очистки воздуха
Номер лота:	№ 88829210-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	воздушный, для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в репроцессоре DSD-201. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть – дисковой. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных штуцеров должна быть голубого – белого цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами, не более 130 мм. Фильтр должен быть совместим со всеми узлами автоматического репроцессора DSD-201.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	355230100, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул Сулейменовых,2
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в репроцессоре DSD-201. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть – дисковой. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных штуцеров должна быть голубого – белого цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами, не более 130 мм. Фильтр должен быть совместим со всеми узлами автоматического репроцессора DSD-201. Товар не соответствующий технической спецификации приниматься не будет.