Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17632208-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық ыдыстарды сатып алу (Зертханалар үшін) в/т
Лоттың нөмірі:	№ 83483698-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	газдар, электролиттер, метаболиттердің автоматтық талдауыштары мен кооксометрлердің параметрлері үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"120 °C, 45 мин."," 126 °C, 30 мин."," 132 °C, 20 мин.", 1000, с" зарарсыздандыру режимдерінде бұйымдар мен қаптамалардың ішіндегі және сыртындағы жағдайларды бақылауға арналған екі индикаторлық белгісі бар "ИнТЕСТ-П" химиялық көп режимді бір реттік бу зарарсыздандыру индикаторы журнал (Бактериология в/т) 18
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Сланов көшесі 85А
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"120 °C, 45 мин."," 126 °C, 30 мин."," 132 °C, 20 мин.", 1000, с" зарарсыздандыру режимдерінде бұйымдар мен қаптамалардың ішіндегі және сыртындағы жағдайларды бақылауға арналған екі индикаторлық белгісі бар "ИнТЕСТ-П" химиялық көп режимді бір реттік бу зарарсыздандыру индикаторы журнал .1. Сыртқы түрі: «ИнТЕСТ-П» (өндіруші «Винар «), зарарсыздандырылған бір рет пайдаланылатын 2. Қолдану мақсаты: Индикаторлар сыртта да (стерилизатор камерасында), стерилизациялық қаптамалардың ішінде де бу стерилизациясы параметрлерінің сақталуын бақылауға арналған... «ИнТЕСТ-П» («Винар» өндірушісі) химиялық көп режимді бір рет қолданылатын бу стерилизациясының индикаторы - бу стерилизациясының параметрлерін жедел бақылауға арналған 4-сыныпты (ГОСТ ISO 11140-1-2011 бойынша) тиімділігі жоғары құрал. Бұл индикатор стерилизациялық қаптамалардың ішінде де, сыртында да қажетті жағдайларға (температура, уақыт, будың болуы) қол жеткізілгенін анықтауға мүмкіндік береді. 3. Құрамы: Индикаторлық композиция бу өткізгіш қабықшаға герметикалық оралған, бұл химиялық заттардың бұйымдармен жанасуын болдырмайды. Бір индикатор үш негізгі режимдер үшін жарамды: 120-45 мин, 126-30 мин, 1320С - 20 мин 4. Буып- түю: Қаптамада 1000 индикатор + стерилдеуді есепке алу журналы. кепілді жарамдылық мерзімі - 36 ай. Тауарды жеткізу кезінде қажетті құжаттар: 1, Паспорт мемлекеттік және орыс тілдерінде. 2. Тауарды сақтауға, тасымалдауға және өткізуге мемлекеттік лицензия және рұқсат. 3. Өнім беруші өкілінің Т.А.Ә, көрсетіле отырып, Өнім беруші өкілінің қолы және мөрі қойылған тауарды қабылдау-беру қағаз актісі. 4. Тауардың жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% -ын құрауы тиіс. 5. Жеткізушінің есебінен қоймаға жеткізу, түсіру және қоймалау. 6. Жеткізу орны Талдықорған қаласы, Сланов көшесі, 85 А үй

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17632208-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинской посуды (Для лаборатории) в/т
Номер лота:	№ 83483698-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического анализатора газов, электролитов, метаболитов и параметров кооксометрии
Дополнительное описание лота:	Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-П» с двумя индикаторными метками для контроля условий как внутри изделий и упаковок, так и снаружи в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.», 1000, с журналом (Бактериология в/т) 18
Количество:	9
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган область Жетiсу, г.Талдыкорган ул.Сланова 85А
Срок поставки:	Согласно договору

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-П» с двумя индикаторными метками для контроля условий как внутри изделий и упаковок, так и снаружи в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.», 1000, с журналом.1. Внешний вид: Одноразовые, бумажно-полимерные (обычно без журнала в комплекте, если не указано иное). 2. Предназначение: Применяются для проверки соблюдения режима мин. При успешной стерилизации индикаторная метка меняет цвет (обычно на черный), что обеспечивает оперативный визуальный контроль. Контроль параметров воздушных стерилизаторов (сухожаровых шкафов). Индикаторы МедИС-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры и времени 3. Состав: 4 (многопеременные индикаторы). 4.Фасовка: В упаковке 1000 индикаторов + журнал учета стерилизации. гарантийный срок годности – 36 месяцев. Документы, необходимые при поставке товара: 1. Паспорт на государственном и русском языках. 2. Гос.лицензию и разрешение на хранение, транспортировку и реализацию товара. 3. Бумажный акт приемапередачи товара с указание Ф.И.О. представителя Поставщика, с подписью представителя и печатью Поставщика. 4. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока хранения, установленного производителем. 5. Доставка, выгрузка и складирование в склад за счет поставщика 6. Место доставки: г.Талдыкорган, ул. Сланова , дом 85 А