Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17931061-1
Сатып алудың атауы:	Негізгі құралдарды сатып алу (УГ)
Лоттың нөмірі:	№ 88460900-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, аспаптық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Таңу үстелі (УГ)
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632800000, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә. Абай облысы, Сеченов көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттама: медициналық таңу үстелі пациенттерді таңу, тексеру, пункция және кішігірім хирургиялық араласулар кезінде процедуралық және таза/ Іріңді таңу бөлмелеріне орналастыруға арналған. Техникалық сипаттамалары: құралдарға арналған қарапайым процедуралық үстелдерден айырмашылығы, таңу үстелі пациентті таңу, шағын хирургиялық араласу, пункция және тексеру кезінде тікелей орналастыруға арналған, сондықтан мұндағы негізгі талаптар раманың беріктігі, гидравликалық немесе электрлік биіктікті реттеу және қаптаманы дезинфекциялаудың қатаң стандарттары болып табылады. Науқасты хирургиялық таңу, жара және күйік беттерін өңдеу, гипс таңу және шағын операциялар жүргізу үшін оңтайлы және қауіпсіз анатомиялық жағдайда орналастыру. Таңу үстелінің ерекшелігі оны қосымша медициналық құрылғылармен жабдықтауды қамтиды: - Тартылатын гинекологиялық науа - Инфузиялық тірек (штатив): биіктігі реттелетін тамшылар мен ерітінді ұстағыш. - Жиналмалы бүйірлік үстел: хирургиялық құралды, науаларды, таңғыштарды және антисептиктерді орналастыруға арналған шағын үстел. Әмбебап опциялар (трансформаторлар): кейбір кестелерде алынбалы аяқ бөлімі бар және геппельге арналған аяқ ұстағыштармен жабдықталған, бұл таңғыш үстелді урологиялық/гинекологиялық орындыққа бірден айналдыруға мүмкіндік береді. Қабырғасының қалыңдығы кемінде 2.0 мм болат профильден жасалған берік металл конструкциясы. жақтау жабыны-соққыға төзімді, эпоксидті-полимерлі ұнтақ бояуы, соққыға, чиптерге және дезинфекциялау және жуу ерітінділерінің барлық түрлерімен үнемі өңдеуге төзімді. Ұзындығы: 1900 мм-ден кем емес және 2100 мм-ден аспайды. Ені: 600 мм-ден кем емес және 700 мм-ден аспайды. Тозуға төзімділігі жоғары медициналық мақсаттағы жоғары сапалы жасанды былғары (винил былғары). Жіксіз байлау технологиясы немесе тігістердің ең аз саны. Қаптау су өткізбейтін, қанға, зәрге, антисептиктерге және ультракүлгін сәулелерге төзімді болуы керек. Үстелге қауіпсіз жұмыс жүктемесі-кемінде 180-200 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17931061-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств (УГ)
Номер лота:	№ 88460900-ЗЦП1
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	металлический, приборный
Дополнительное описание лота:	Стол перевязочный (УГ)
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632800000, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. область Абай, ул. Сеченова, 1
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание: Медицинский перевязочный стол предназначен для размещения пациентов при проведении перевязок, осмотров, пункций и малых хирургических вмешательств в процедурных и чистых/гнойных перевязочных кабинетах. Технические характеристики: В отличие от простых процедурных столиков для инструментов, перевязочный стол предназначен для непосредственного размещения пациента при проведении перевязок, малых хирургических вмешательств, пункций и осмотров, поэтому ключевыми требованиями здесь являются прочность каркаса, гидравлическая или электрическая регулировка высоты и жесткие стандарты дезинфекции обивки. Размещение пациента в оптимальном и безопасном анатомическом положении для проведения хирургических перевязок, обработки раневых и ожоговых поверхностей, наложения гипсовых повязок и малых операций. Специфика перевязочного стола предполагает его оснащение дополнительными медицинскими приспособлениями: - Выдвижной гинекологический лоток - Инфузионная стойка (штатив): регулируемый по высоте держатель для капельниц и растворов. - Откидной боковой столик: мини-столешница для размещения хирургического инструмента, лотков, бинтов и антисептиков. Универсальные опции (трансформеры): некоторые столы имеют съемную ножную секцию и комплектуются ногодержателями по Геппелю, что позволяет мгновенно превратить перевязочный стол в урологическое/ гинекологическое кресло. Прочная металлическая конструкция, изготовленная из стального профиля с толщиной стенки не менее 2.0 мм. Покрытие каркаса — ударопрочная, эпоксидно-полимерная порошковая краска, устойчивая к ударам, сколам и регулярной обработке всеми типами дезинфицирующих и моющих растворов. Длина: не менее 1900 мм и не более 2100 мм. Ширина: не менее 600 мм и не более 700 мм. Высококачественная искусственная кожа (винилискожа) медицинского назначения с повышенной износостойкостью. Бесшовная технология обтяжки или минимальное количество швов. Обивка должна быть водонепроницаемой, устойчивой к воздействию крови, урины, антисептиков и УФ-излучения. Допускаемая безопасная рабочая нагрузка на стол — не менее 180–200 кг.