Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17719386-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82986516-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Жіп
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық, синтетикалық, зарарсыздандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді сіңірілмейтін полиэфирлі хирургиялық жіп, атравматикалық USP 2/0 (М3) кері кесетін ине, 3/8 шеңбер, 75 см, 36 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: хирургиялық жіп стерильді сіңірілмейтін полиэстерден жасалған, атравматикалық инемен. Хирургиялық жіп стерильді сіңірілмейтін полиэстерден, полимер полиэтилентерефталат. Жіп жарада жақсы көріну үшін контрастты жасыл түске боялған. Жіп қалыңдығы USP 2/0 (M3), кері-кесетін, 3/8 шеңберлі ине 36 mm, жіп ұзындығы 75 cm. 2. функционалдық сипаттамасы: әртүрлі хирургиялық техникаларды қолдана отырып операциялық араласуларды орындауға арналған. Тіндерді сенімді біріктіруді және жіптің жасыл түске контрастты боялуы есебінен операциялық алаңның көрінуін жақсартуды қамтамасыз етеді. 3. сапалық сипаттамасы: ине коррозияға төзімді жоғары берік қорытпадан жасалған, силиконмен өңделген, бұл ине мен тіндер арасындағы үйкелісті азайтуға ықпал етеді. Ине материалы кәдімгі тот баспайтын болаттан жасалған инелерге қарағанда қайтымсыз деформацияға (иілуге) 40% төзімді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды, инені бақылауды жақсартады және тіндердің жарақаттануын азайтады. Дөңгелек корпусы және конустық ұшы бар, кері-кесетін, Эталлой қорытпасынан, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз. Жіптің атравматикалық инемен қосылысы: инелер арнайы премиум силикон жабынымен жабылған, ине геометриясы тегіс ену мен тіндердің минималды жарақаттануын қамтамасыз етеді. Ине пішіні инені ұстағышта максималды тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін әзірленген. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Жеке қаптамада міндетті түрде көрсетілуі тиіс: медициналық бұйымның атауы, өлшемі, серия нөмірі (партиясы), өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, тіркеу куәлігі, құрамы. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: өндірушінің CE Certificate болуы. Жарамдылық мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 59 ай. Стерилизация әдісі - этилен оксиді. Жіберер алдында: тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17719386-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82986516-ЗЦП3
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	хирургическая, синтетическая, стерильная
Дополнительное описание лота:	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2/0 (М3) обратно-режущая 3/8 circle 75cm, 36mm
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой. Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталат. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3), обратно-режущая, 3/8 окружности игла 36 mm, длина нити 75 cm. 2. функциональная характеристика: предназначена для выполнения хирургических вмешательств с использованием различных хирургических техник. Обеспечивает надежное соединение тканей и улучшенную визуализацию операционного поля за счет контрастного зеленого окрашивания нити. 3. качественная характеристика: игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, обратно-режущая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой: иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, геометрия иглы обеспечивает гладкое проникновение и минимальное травмирование ткани. Форма иглы разработана для обеспечения максимальной стабильности в иглодержателе. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение, состав. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев после стерилизации. Метод стерилизации - этилен оксид. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!"