Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17835130-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (АҚИ зертхана (Внебюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 83642601-ЗЦП9
Лоттың атауы:	Диагностикум
Лоттың сипаттауы:	эритроцитарлық, иерсиниозды (энтероколитик)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эритроцитарлық иерсиниоздық (энтероколитика) антигендік құрғақ диагностикум (2 флак 10% 3мл және 3 фл. (жұмыс, ерітілген 2 фл 2,5% 12 мл-ден ПҚ және 3 фл ингридиенттер)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Эритроцитарлық иерсиниоздық (энтероколитика) антигендік құрғақ диагностикум (2 флак 10% 3мл және 3 фл. (жұмыс, ерітілген 2 фл 2,5% 12 мл-ден ПҚ және 3 фл ингридиенттер) Көрсеткіштердің атауы НҚ бойынша талаптар Сыртқы түрі Қоңыр түсті таблетка түріндегі аморфты масса. Гигроскопиялық Қоңыр түсті таблетка түріндегі аморфты масса. Гигроскопиялық Ерігіштік, сек: 60 14 Мөлдірлік және түстілік: Еріткеннен кейін бір қалыпты қызылша түсті жүзінді пайда болуы тиіс Еріткеннен кейін бір қалыпты қызылша түсті жүзінді пайда болуы тиіс Кептіру кезіндегі массаның жоғалуы (қалдық ылғалдылық), %: 3 0,43 артық емес Ерекше белсенділік, кемінде: 1:400 1:25600 Түпнұсқалық Диагностикум агглютинациялайтын пастереллездік, псевдотуберкулездік сарысулармен РНГА теріс нәтиже беруі тиіс Эритроциттердің концентрациясы 1 мм3 кем емес: 4,0×105 555000 Гомогендігі 10 көру өрісінде құрамында (2 ± 1) дейін эритроциттер бар (2 ± 1) шоғырлануға жол беріледі, Эритроциттер оқшауланған орналасқан Өздігінен желімдеуге бейімділіктің болмауы Эритроциттер «түйме» немесе тегіс шеттері бар жіңішке сақина түріндегі шұңқырдың түбіне түсуі тиіс. Эритроциттер шұңқырдың түбіне «түйме» түрінде түседі. Буып-түю және таңбалау СТ 990240008244-РМК-36-2015 Сәйкес келеді СТ 990240008244-РМК-36-2015

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17835130-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (ООИ лаборатория (Внебюджет))
Номер лота:	№ 83642601-3ЦП9
Наименование лота:	Диагностикум
Описание лота:	эритроцитарный, иерсиниозный (энтероколитика)
Дополнительное описание лота:	Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный (энтероколитика) антигенный, сухой (2 флак 10% ЭД по 3мл и 3 фл. ингридиентов)(рабочий,растворенный 2 фл 2,5% ЭД по 12 мл и 3 фл ингридиентов)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актюбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный (энтероколитика) антигенный, сухой (2 флак 10% ЭД по 3мл и 3 фл. ингридиентов) (рабочий,растворенный 2 фл 2,5% ЭД по 12 мл и 3 фл ингридиентов) Наименование показателей Требования по НД Результаты контроля ОБТК Внешний вид Аморфная масса в виде таблетки коричневого цвета. Гигроскопична Аморфная масса в виде таблетки коричневого цвета. Гигроскопична Растворимость, сек: 60 14 Прозрачность и цветность: После растворения должна образоваться равномерная взвесь коричного цвета После растворения должна образоваться равномерная взвесь коричного цвета Потеря массы при высушивании (остаточная влажность), % не более: 3 0,43 Специфическая активность, не менее: 1:400 1:25600 Подлинность Диагностикум должен давать отрицательный результат РНГА с агглютинирующими сыворотками пастереллезной, псевдотуберкулезной Результат РНГА с сыворотками: пастереллезной, псевдотуберкулезной - отрицательный Концентрация эритроцитов 1 мм3 не менее: 4,0×105 555000 Гомогенность Допускается (2±1) скоплений содержащих до (2±1) эритроцитов в 10 полях зрения Эритроциты расположены изолировано Отсутствие склонности к спонтанному склеиванию Эритроциты должны выпасть на дно лунки в виде «пуговки» или узкого колечка с ровными краями. Эритроциты выпадают на дно лунки в виде «пуговки». Упаковка и маркировка Должна соответствовать СТ 990240008244-РГП-36-2015 Соответствует СТ 990240008244-РГП-36-2015