Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81761944-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған дифференциалды манометр 0-6бар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеу диапазоны (айырмашылық): 0-ден аспайды және 6 бардан аспайды немесе 0-ден кем емес 0,6 МПа-дан аспайды. Шекті рұқсат етілген жұмыс қысымы (статикалық): кемінде 16 бар, 25 бар 40 бардан аспайды. Дәлдік класы 1.0-ден кем емес, 1.6 2.5-тен аспайды. Максималды бір жақты шамадан тыс жүктеме: номиналды жұмыс қысымынан кем емес. Өлшеу элементінің түрі: магниттік муфтасы бар поршень немесе мембрана. Корпустың номиналды диаметрі: кем дегенде 100 мм 160 мм артық емес.суланатын бөліктердің материалы: Тот баспайтын болат (AISI 316L), монель немесе Hastelloy қорытпасы (Жұмыс ортасына байланысты). Корпус материалы: Тот баспайтын болат немесе соққыға төзімді алюминий қорытпасы. Жұмыс ортасы: суланатын бөліктердің материалдарымен үйлесімді Сұйықтықтар мен газдар. Жұмыс ортасының температурасы: -20 кем емес және +80 артық емес. ГОСТ 2405-88.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81761944-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Дифференциальный манометр 0-6bar для РК
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диапазон измерений (перепад):не более 0 и не более 6 бар или не менее 0 не более 0,6 МПа. Предельно допустимое рабочее давление (статическое): не менее 16 бар, 25 бар не более 40 бар. Класс точности не хуже 1.0, 1.6 не более 2.5. Максимальная односторонняя перегрузка: не менее номинального рабочего давления. Тип измерительного элемента: Поршневой с магнитной муфтой или мембранный. Номинальный диаметр корпуса: не менее 100 мм не более 160 мм. Материал смачиваемых частей: Нержавеющая сталь (AISI 316L), монель или сплав Hastelloy (в зависимости от рабочей среды). Материал корпуса: Нержавеющая сталь или ударопрочный алюминиевый сплав. Рабочая среда: Жидкости и газы, совместимые с материалами смачиваемых частей. Температура рабочей среды: не менее -20 и не более +80. ГОСТ 2405-88.