Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17636930-1
Сатып алудың атауы:	медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87876464-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық бактериологиялық талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D - 3656" Бруцелла-IgM-ИФА", ҚР МИ (in vitro), № 029391 – адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) бруцеллез қоздырғышына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы-2 жиынтық (ақылы)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Макатаева 34/1
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелікке сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Бруцелла-IgM" бруцеллез патогеніне М класты иммуноглобулиндерді ферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы Құрамы: Толықтығы иммобилизацияланған бруцелл антигендері бар жиналмалы планшет-1 дана.; оң бақылау үлгісі (к+), белсенді емес-1 ЖТ., 1,5 мл; теріс бақылау үлгісі (К–), инактивацияланған – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат (желкек пероксидазасымен белгіленген адамның IgM антиденелері) – 1 фл. немесе 2 ЖТ.; сарысуды сұйылтуға арналған ерітінді (РРС) - 1 фл., 13 мл; конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (КР) - 1 ТЛ., 13 мл; алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (РПР) – 1 фл., 3 мл; Егіз (ФСБ-т×25) фосфат-тұз буферлік ерітіндісінің 25 есе концентраты-1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі) – 1 фл., 13 мл; тоқтату реагенті-1 фл., 12 мл. Жинақ қосымша жинақталады: планшетті жабыстыруға арналған пленкалармен өңдеу-3 дана.; реагенттерге арналған ванналар – 2 дана.; 4-200 мкл – 16 дана тамшуырға арналған кеңестер. "Бруцелла-IgM" жинағы адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) бруцелла тектес бактерияларға М класындағы иммуноглобулиндерді иммуноферменттік талдау әдісімен анықтауға арналған. Жинақ бақылауды қоса алғанда, 96 талдау жүргізуге арналған. Бақылауларды қоса алғанда, әрқайсысы 8 талдаудан тұратын ИФА-ның 12 тәуелсіз қойылымы мүмкін. Жабдықтар мен материалдар: * 450 НМ толқын ұзындығында және/немесе 450 НМ негізгі толқын ұзындығында және 620-650 НМ диапазонында салыстыру толқын ұзындығында екі толқынды режимде планшет ұңғымаларында ерітінділердің оптикалық тығыздығын өлшеуге мүмкіндік беретін Спектрофотометр; * температураны сақтайтын термостат (37±1) °С; * (2-8) °С температураны сақтайтын тұрмыстық тоңазытқыш; * орташа дозаның мәні және тамшуырлау нәтижелерінің жинақтылығы бойынша аттестатталған сұйықтық көлемін 5-тен 1000 мкл-ге дейін алуға мүмкіндік беретін ауыспалы ұштары бар ауыспалы көлемі бар жартылай автоматты бір арналы тамшуырлар (қателік шегі 5% - дан аспайды); * орташа дозаның мәні және тамшуырлау нәтижелерінің жинақтылығы бойынша аттестатталған сұйықтықтардың көлемін 5 мкл-ден 350 мкл-ге дейін іріктеуге мүмкіндік беретін ауыстырылатын ұштары бар жартылай автоматты көп арналы тамшуырлар (қателік шегі 5% - дан аспайды); * планшеттерді жууға арналған құрылғы; * резеңке хирургиялық қолғаптар; * зертханалық сүзгі қағазы; * сыйымдылығы 1000 мл дәлдіктің 2-ші класты цилиндрі; * тазартылған су; * СП 1.3.2322-08 және МУ 287-113-00 нұсқауына сәйкес қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдары. * Қолдану саласы: * Клиникалық Зертханалық диагностика. Жинақты дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында сақтау (2-8) ºС температурада жүргізілуі тиіс. Мұздатуға жол берілмейді. Жиынтықты тасымалдау (2-8) ºС температурада жүргізілуі тиіс. Тасымалдау 25 °с дейінгі температурада 10 тәуліктен аспайтын уақытта іске қосылады. Мұздатуға жол берілмейді. Сақтау мерзімі-шығарылған күннен бастап 12 ай. 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17636930-1
Наименование закупки:	приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 87876464-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического бактериологического анализатора
Дополнительное описание лота:	D-3656 «Бруцелла-IgM-ИФА», РК МИ (in vitro), № 029391 – набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллеза в сыворотке (плазме) крови человека - 2 набора (Платные)
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район макатаева 34/1
Срок поставки:	Согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллёза «Бруцелла – IgM» Состав: Комплектность планшет разборный с иммобилизованными антигенами бруцелл – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипетки на 4−200 мкл – 16 шт. Набор «Бруцелла-IgM» предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к бактериям рода Brucella в сыворотке (плазме) крови человека методом иммуноферментного анализа. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Оборудование и материалы: • Спектрофотометр, позволяющий проводить измерения оптической плотности растворов в лунках планшета при длине волны 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620–650 нм; • термостат, поддерживающий температуру (37±1) °С; • холодильник бытовой, поддерживающий температуру (2−8) °С; • пипетки полуавтоматические одноканальные с переменным объёмом со сменными наконечниками, позволяющие отбирать объёмы жидкости от 5 до 1000 мкл, аттестованные по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 5%); • пипетки полуавтоматические многоканальные со сменными наконечниками, позволяющие отбирать объёмы жидкостей от 5 мкл до 350 мкл, аттестованные по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 5%); • промывочное устройство для планшетов; • перчатки резиновые хирургические; • бумага фильтровальная лабораторная; • цилиндр мерный 2-го класса точности вместимостью 1000 мл; • вода дистиллированная; • дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в соответствии с указанием СП 1.3.2322-08 и МУ 287-113-00. • Область применения: • Клиническая лабораторная диагностика. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре (2−8) ºС. Замораживание не допускается. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2−8) ºС. До-пускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 сут. Замораживание не допускается. Срок хранения — 12 месяцев со дня выпуска. Поставка в течении 15 календарных дней