Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17691732-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025714-ОИ2
Лоттың атауы :	С-реактивті ақуыз латекс-тест
Лоттың сипаттауы:	латекс-агглютинаттация әдісімен қан сарысуындағы С-реактивті ақуыздың концентрациясын анықтауға арналған, латекс диагностикум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra СРБ 250
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra СРБ 250 касета Назначение: Иммунотурбидиметрический тест для количественного in vitro определения С-реактивного белка (CRP) в человеческой сыворотке и плазме с использованием системы COBAS INTEGRA 400 plus, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Буферный раствор ТРИСа) с альбумином сыворотки бычьей крови; консерванты SR Частицы латекса, покрытые анти-CRP (мышиным) в глициновом буфере; иммуноглобулины (мыши); консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 2-8 °C См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17691732-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025714-ОИ2
Наименование лота:	С-реактивный белок латекс-тест
Описание лота:	для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, диагностикум латексный
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra СРБ 250
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra СРБ 250 касета Назначение: Иммунотурбидиметрический тест для количественного in vitro определения С-реактивного белка (CRP) в человеческой сыворотке и плазме с использованием системы COBAS INTEGRA 400 plus, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Буферный раствор ТРИСа) с альбумином сыворотки бычьей крови; консерванты SR Частицы латекса, покрытые анти-CRP (мышиным) в глициновом буфере; иммуноглобулины (мыши); консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 2-8 °C См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель.