Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17653652-1
Сатып алудың атауы:	Зертханналық калибрлеу гиряларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87623707-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Гір
Лоттың сипаттауы:	калибрлеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	200 г OIML F1 сыныптағы калибрлеу салмағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 70 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Гиря. Лоттың атауы: Гиря. Лоттың қосымша сипаттамасы: Массасы 200 г, дәлдік класы ГОСТ OIML R 111-1-2009 бойынша F1-ден төмен емес, тот баспайтын болаттан жасалған, кейсі бар калибрлеу гирясы. Саны: 1 Өлшем бірлігі: дана. Жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4А шағын ауданы, 19-ғимарат. Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар: ГОСТ OIML R 111-1-2009. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы: Тауардың функционалдығы, мақсаты: Массасы 200 г калибрлеу гирясы зертханалық таразыларды мерзімді тексеруге және калибрлеуге арналған. Техникалық сипаттамалары: · Номиналды масса мәні – 200 г. · ГОСТ OIML R 111-1-2009 бойынша дәлдік класы – F1-ден төмен емес. · Рұқсат етілетін қателік шектері – ± 1,0 мг-нан аспайды. · Материалы – тот баспайтын болат, мәлімделген дәлдік класына арналған магниттік қасиеттері, тығыздығы және бетінің кедір-бұдырлығы ГОСТ OIML R 111-1-2009 талаптарына сәйкес. · Пішіні және конструкциясы — ГОСТ OIML R 111-1-2009 талаптарына сәйкес тұтқасы бар цилиндрлік пішінді, ұяшықпен/ложементпен жабдықталған жеке қорғаныш футлярында (кейсте) жеткізіледі. Ілеспе қызметтер: · Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 70 күнтізбелік күннен аспайды. · Тасымалдауға арналған барлық шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс. · Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізуші пайдалану және сақтау ережелері сақталған жағдайда кепілдік мерзімі ішінде метрологиялық сипаттамалардың сақталуына және дәлдік класына сәйкестігіне кепілдік береді. · Тауар жаңа, 2026 жылдан ерте шығарылмаған, бұрын пайдаланылмаған, зауытта өндірілген, түпнұсқалық зауыттық қаптамада, көзге көрінетін ақауларсыз, сызаттарсыз және механикалық зақымдарсыз болуы тиіс. Тауарды қабылдау кезінде ақаулар, жиынтықтылығының толық еместігі немесе зақымдануы анықталған жағдайда, Жеткізуші тауарды өз есебінен тиісті сападағы жаңа тауарға ауыстыруға міндетті. · Гиря Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген өлшем құралдарының түріне жатуы тиіс. · Тауармен бірге Жеткізуші мыналарды ұсынады: Өндіруші зауыттың паспорты немесе өндірушінің сертификаты (калибрлеу/сәйкестік сертификаты). Алғашқы салыстырып тексеруді растайтын және Қазақстан Республикасының аумағында танылатын құжат: Қазақстан Республикасында берілген салыстырып тексеру туралы сертификат немесе Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне сәйкес оның нәтижелерін Қазақстан Республикасында тану көзделген жағдайда, өндіруші берген алғашқы салыстырып тексеру туралы құжат. Егер құжаттама шет тілінде жасалған болса, ол мемлекеттік және орыс тілдеріне аутентикалық аудармасымен ұсынылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17653652-1
Наименование закупки:	Приобретение лабораторных калибровочных гир
Номер лота:	№ 87623707-ЗЦП1
Наименование лота:	Гиря
Описание лота:	калибровочная
Дополнительное описание лота:	Гиря калибровочная 200 г класса OIML F1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 70 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Гиря. Наименование лота: Гиря. Дополнительное описание лота: Гиря калибровочная 200 г класса точности не ниже F1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 из нержавеющей стали с кейсом. Количество: 1 Единица измерения: штука. Место поставки: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19. Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов: ГОСТ OIML R 111-1-2009. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Функциональность, назначение товара: Гиря калибровочная 200 г предназначена для периодической проверки и калибровки лабораторных весов. Технические характеристики: • Номинальное значение массы – 200 г. • Класс точности по ГОСТ OIML R 111-1-2009 - не ниже F1. • Пределы допускаемой погрешности – не более ± 1,0 мг. • Материал - нержавеющая сталь, магнитные свойства, плотность и шероховатость поверхности по ГОСТ OIML R 111-1-2009 для заявленного класса точности. • Форма и конструкция — цилиндрическая форма с головкой в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009, поставляется в индивидуальном защитном футляре (кейсе) с ячейкой/ложементом. Сопутствующие услуги: • Срок поставки: не более 70 календарных дней с момента подписания договора. • Все расходы на транспортировку должны быть включены в стоимость. • Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи. Поставщик гарантирует сохранение метрологических характеристик и соответствие классу точности в течение гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации и хранения. • Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, не бывшим в употреблении, заводского изготовления, в оригинальной заводской упаковке, без видимых дефектов, царапин и механических повреждений. В случае выявления дефектов, некомплектности или повреждений при приемке товара, Поставщик обязуется заменить товар на новый надлежащего качества за свой счет. • Гиря должна относиться к типу средств измерений, внесенному в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. • Вместе с товаром Поставщик предоставляет: 1. Паспорт завода-изготовителя или сертификат производителя (сертификат калибровки/соответствия). 2. Документ, подтверждающий первичную поверку и признаваемый на территории Республики Казахстан: сертификат о поверке, выданный в Республике Казахстан, либо документ о первичной поверке, выданный изготовителем, если признание его результатов в Республике Казахстан предусмотрено в соответствии с реестром государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Если документация составлена на иностранном языке, она предоставляется с аутентичным переводом на государственный и русский языки.