Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17886728-1
Сатып алудың атауы:	"Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№13 Балбөбек бөбекжай-бақшасы" КМҚК
Лоттың нөмірі:	№ 87896078-ОИ4
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термометр медициналық,қолтықтың астына
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434657100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Абыла а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Абыла а., Қошаманов 4
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: адамның дене температурасын өлшеуге арналған. Түрі: медициналық, шыны, сынапты термометр. Өлшеу диапазоны: 35 °С-тан 42 °С-қа дейін. Шкаланың бөлік құны: 0,1 °С. Өлшеу нәтижесі шкала арқылы көрсетілуі тиіс. Термометрдің шкаласы анық әрі оңай оқылатын болуы тиіс. Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17886728-1
Наименование закупки:	КГКП "Ясли-сад №13 Балбобек" отдела образования по Кармакшинскому району управления образования Кызылординской области"
Номер лота:	№ 87896078-ОИ4
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Термометр медицинский подмышечный
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434657100, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Абыла КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Абыла, Кошаманова 4
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: для измерения температуры тела человека. Тип: медицинский, стеклянный, ртутный термометр. Диапазон измерения: от 35 °C до 42 °C. Цена деления шкалы: 0,1 °C. Результат измерения должен отображаться на шкале. Шкала термометра должна быть четкой и легко читаемой. Товар должен поставляться в заводской упаковке. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Должны предоставляться документы, подтверждающие качество и безопасность товара.