Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17946199-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | «Көкшетау 3» ӨЖЖ аппаратына арналған оттегі маскалары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88624192-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Бетперде |
| **Лоттың сипаттауы:** | оттегілік, балалар |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Балаларға арналған оттегі маскасы |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков көшесі, 94 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Көкшетау-3" үлгісіндегі өкпені жасанды желдету (ӨЖЖ) аппараттарына арналған оттегі маскасы, мөлшері: балалар.<br>• Мақсаты: қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді оттегі терапиясын жүргізуге, сондай-ақ балалар тобындағы пациенттерге "Көкшетау-3" сериялы ӨЖЖ аппараттарынан оттегі-ауа қоспасын беруге арналған.<br>* Үйлесімділік: қосымша адаптерлерді пайдаланбай "Көкшетау-3" ӨЖЖ аппараттарының тыныс алу тізбектерімен толық конструктивті және функционалдық үйлесімділік.<br>* Өндіріс материалы: Мөлдір, имплантация-уытты емес, жоғары жұмсақтықтағы термопластикалық медициналық поливинилхлорид (ПВХ) немесе медициналық силикон.<br>* Термопластика: материал баланың дене температурасының әсерінен тез жұмсартылуы керек, бұл бетке мінсіз, атравматикалық жанасуды қамтамасыз етеді және газдардың ағып кетуін азайтады.<br>* Маска дизайны:<br>о баланың бетіне (мұрын, ауыз, иек) тығыз бекітілген кішірейтілген анатомиялық форманың болуы.<br>о артық қысымсыз және баланың көзіне оттегінің түсуін болдырмай, мұрын көпіріне сенімді бекіту үшін жұмсақ, икемді реттелетін мұрын ұстағышының болуы.<br>о тиімді дем шығару және көмірқышқыл газының кері ингаляциясын (ребризингін) болдырмау үшін бүйірлік тесіктердің (клапандардың) болуы.<br>о нәзік терінің зақымдануын болдырмау үшін масканың шеттері дөңгелектеніп, атравматикалық (тегістелген) болуы керек.<br>* Бекіту: баланың басына масканы сенімді және ауыртпалықсыз бекіту үшін жұмсақ серпімді реттелетін таспа (бекіту белдігі). Бекіту қысым жаралары мен тітіркенуді тудырмауы керек.<br>* Жинақтау: әрбір маска ұштарында әмбебап стандартты коннекторлары бар ұзындығы кемінде 1.8–2.0 метр икемді ұзартқыш оттегі түтігімен жабдықталуы тиіс.  5.1-тармаққа сәйкес құжаттардың болуы. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17946199-1 |
| **Наименование закупки:** | Кислородные маски для аппарата ИВЛ «Кокчетав 3» |
| **Номер лота:** | № 88624192-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Маска |
| **Описание лота:** | кислородная, детская |
| **Дополнительное описание лота:** | Кислородная маска детская |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Кислородная маска для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) типа «Кокчетав-3», размер: детский.<br>• Назначение: Предназначена для проведения кратковременной или длительной кислородной терапии, а также для подачи кислородно-воздушной смеси от аппаратов ИВЛ серии «Кокчетав-3» (доукомплектация) пациентам детской возрастной группы.<br>• Совместимость: Полная конструктивная и функциональная совместимость с дыхательными контурами аппаратов ИВЛ «Кокчетав-3» без использования дополнительных переходников.<br>• Материал изготовления: Прозрачный, имплантационно-нетоксичный, термопластичный медицинский поливинилхлорид (ПВХ) повышенной мягкости или медицинский силикон.<br>• Термопластичность: Материал должен быстро смягчаться под воздействием температуры тела ребенка, обеспечивая идеальное, атравматичное прилегание к лицу и минимизируя утечку газов.<br>• Конструкция маски:<br>o Наличие уменьшенной анатомической формы, плотно прилегающей к детскому лицу (нос, рот, подбородок).<br>o Наличие мягкого, гибкого регулируемого носового фиксатора для надежной фиксации на переносице без избыточного давления и исключения попадания кислорода в глаза ребенка.<br>o Наличие боковых перфорационных отверстий (клапанов) для эффективного выдоха и предотвращения обратного вдыхания (ребризинга) углекислого газа.<br>o Края маски должны быть закругленными и атравматичными (сглаженными), чтобы исключить повреждение нежной кожи.<br>• Крепление: Мягкая эластичная регулируемая лента (фиксирующий ремешок) для надежной и безболезненной фиксации маски на голове ребенка. Фиксация не должна вызывать пролежней и раздражения.<br>• Комплектация: Каждая маска должна быть укомплектована гибкой удлинительной кислородной трубкой длиной не менее 1.8–2.0 метров с универсальными стандартными коннекторами на концах. Наличие документов согласно договора п. 5.1. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев. |