Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17676703-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025710-ЗЦП1
Лоттың атауы :	С-реактивті ақуыз латекс-тест
Лоттың сипаттауы:	латекс-агглютинаттация әдісімен қан сарысуындағы С-реактивті ақуыздың концентрациясын анықтауға арналған, латекс диагностикум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra Общий белок 300
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra Общий белок 300 кассета. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; pH: 13.4 SR Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л; pH: 13.2. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 4 недели

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17676703-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025710-ЗЦП1
Наименование лота:	С-реактивный белок латекс-тест
Описание лота:	для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, диагностикум латексный
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra Общий белок 300
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra Общий белок 300 кассета. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; pH: 13.4 SR Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л; pH: 13.2. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 4 недели