Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17941653-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88610421-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	фармацевтикалық, көлемі 250 л дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Біріктірілген фармацевтикалық ХЛ-250 "POZIS"тоңазытқышы. Тоңазытқыш дәрілік препараттарды, орталарды, вакциналарды, үлгілерді, тест-жинақтарды және басқа да фармацевтикалық құралдарды тоңазытқыш камерада +2°С-тан +8°С-қа дейінгі температурада және мұздатқышта -10°С-тан -25°С-қа дейінгі температурада сақтау қажеттілігін қамтамасыз етеді. Жалпы көлемі, л 250 л. мұздатқыш камерасының көлемі/НТО, Л. - 80 Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. - 170 Компрессорлар саны, дана 2 Салмағы, кг., 68-ден аспайды Номиналды қуат тұтыну, Вт 250 Арасында қажетсіз ауа алмасуға кедергі келтіретін қосымша мөлдір есіктер бар бөлімдер Тоңазытқыш камерадағы Температура, °С +2... +8 Термокартаның болуы иә мұздатқыштағы Температура, °С -25...-10
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634620100, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қ., Т.Токтаров көшесі 43 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартка кол койылганнан кейін 20 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Біріктірілген фармацевтикалық ХЛ-250 "POZIS"тоңазытқышы. Тоңазытқыш дәрілік препараттарды, орталарды, вакциналарды, үлгілерді, тест-жинақтарды және басқа да фармацевтикалық құралдарды тоңазытқыш камерада +2°С-тан +8°С-қа дейінгі температурада және мұздатқышта -10°С-тан -25°С-қа дейінгі температурада сақтау қажеттілігін қамтамасыз етеді. Жалпы көлемі, л 250 л. мұздатқыш камерасының көлемі/НТО, Л. - 80 Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. - 170 Компрессорлар саны, дана 2 Салмағы, кг., 68-ден аспайды Номиналды қуат тұтыну, Вт 250 Арасында қажетсіз ауа алмасуға кедергі келтіретін қосымша мөлдір есіктер бар бөлімдер Тоңазытқыш камерадағы Температура, °С +2... +8 Термокартаның болуы иә мұздатқыштағы Температура, °С -25...-10 /

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17941653-1
Наименование закупки:	Приобретение изделии медицинского назначение
Номер лота:	№ 88610421-ЗЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	фармацевтический, объем до 250 л
Дополнительное описание лота:	Холодильник комбинированный фармацевтический ХЛ-250 "POZIS". Холодильник обеспечивает потребность в хранении лекарственных препаратов, сред, вакцин, образцов, тест-наборов и других фармацевтических средств при температуре от +2°С до +8°С в холодильной камере и при температурах от -10°С до -25°С в морозильной камере. Общий объем,л 250 л. Объем морозильной камеры/НТО, л. - 80 Объем холодильной камеры, л. - 170 Количество компрессоров, шт. 2 Масса, кг., не более 68 Номинальная потребляемая мощность, Вт 250 Есть дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделения Температура в холодильной камере, °С +2... +8 Наличие термокарты да Температура в морозильной камере, °С -25...-10
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634620100, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, , ул Т.Токтарова 43
Срок поставки:	после подписание договора в течение 20 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник комбинированный фармацевтический ХЛ-250 "POZIS". Холодильник обеспечивает потребность в хранении лекарственных препаратов, сред, вакцин, образцов, тест-наборов и других фармацевтических средств при температуре от +2°С до +8°С в холодильной камере и при температурах от -10°С до -25°С в морозильной камере. Общий объем,л 250 л. Объем морозильной камеры/НТО, л. - 80 Объем холодильной камеры, л. - 170 Количество компрессоров, шт. 2 Масса, кг., не более 68 Номинальная потребляемая мощность, Вт 250 Есть дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделения Температура в холодильной камере, °С +2... +8 Наличие термокарты да Температура в морозильной камере, °С -25...-10