Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450771-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82718274-3ЦП1
Лоттың атауы :	Арба
Лоттың сипаттауы:	инструменталды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Процедура кабинеттеріне арналған медициналық арба (үлгі 6, 45 кг)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сапа сипаттамалары: Процедура бөлмелеріне арналған медициналық арба, 6-модель немесе оған балама. Рама ұнтақпен қапталған алюминий профилінен жасалуы тиіс. Сөрелер полимерден жасалған болуы керек. Металл және металл емес жабындар кратерлерден, көпіршіктерден, бөгде қоспалардан және қабыршақтанудан таза болуы керек. Сипаттамалары: • Жалпы өлшемдері (Ұз. × Ен. × Би.) — 849 × 450 × 948 мм, рұқсат етілген ауытқу ±10%; • Полимер сөрелерінің сыртқы өлшемдері (Ұз. × Ен. × Би.) — 849 × 450 × 31 мм, рұқсат етілген ауытқу ±5 мм; • Сөрелер арасындағы қашықтық — 350 мм; • Максималды жалпы жүктеме — кемінде 45 кг; • Еден мен арбаның табаны арасындағы минималды қашықтық — 50 мм; • Дөңгелектер саны — 4, оның ішінде 2 тығынмен; • Дөңгелектер — биіктігі реттелмейді; • Кастор доңғалағының өлшемдері (Ұз. × Е. × Би.) — 110 × 50 × 105 мм, рұқсат етілген ауытқу ±5 мм; • Доңғалақтың диаметрі — 75 ± 2 мм; • Бір кастор доңғалағының салмағы — 0,3 ± 0,1 кг; • Бір кастор доңғалағына түсетін рұқсат етілген ең жоғары жүктеме — кемінде 45 даН; • Тоқтатқышты қосуға арналған ең жоғары күш — 150 Н-нан аспауы керек; • Арбаны жылжытуға арналған ең жоғары күш — 100 Н-нан аспауы керек; • Қозғалыс кезіндегі шу деңгейі — 1 м қашықтықта 65 дБ-дан аспауы керек. Құрылым бойлық бағытта 190 Н және көлденең бағытта 95 Н жүктемеге ұшыраған кезде арбаның аударылып кетуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Жұмыс кезінде арба ГОСТ Р 50444-2020 немесе оған теңестірілген стандартқа сәйкес климаттық факторларға төзімді болуы керек. Функционалдық сипаттамалары: Арба дәрі-дәрмектердің, медициналық құрылғылардың және жабдықтардың қауіпсіз орналастырылуын және қозғалуын қамтамасыз етуі керек. Жұмыс сипаттамалары: Тексеру және емдеу бөлмелерінде пайдалануға арналған. Жеткізу алдында тұтынушының мақұлдауы міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450771-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82718274-ЗЦП1
Наименование лота:	Тележка
Описание лота:	инструментальная
Дополнительное описание лота:	Тележка медицинская для процедурных кабинетов (модель 6, 45 кг)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	поставка в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Качественные характеристики: Медицинская тележка для процедурных кабинетов типа «модель 6» или эквивалент. Каркас должен быть изготовлен из алюминиевого профиля с порошковым покрытием. Полки — полимерные. Металлические и неметаллические покрытия не должны иметь кратеров, пузырей, посторонних включений и отслаиваний. Технические характеристики: • габаритные размеры (Д × Ш × В) — 849 × 450 × 948 мм, допустимое отклонение ±10%; • внешние размеры полимерных полок (Д × Ш × В) — 849 × 450 × 31 мм, допустимое отклонение ±5 мм; • расстояние между полками — 350 мм; • максимальная суммарная нагрузка — не менее 45 кг; • минимальное расстояние между полом и основанием тележки — 50 мм; • количество колесных опор — 4, в том числе 2 со стопорами; • колесные опоры — нерегулируемые по высоте; • размеры колесной опоры (Д × Ш × В) — 110 × 50 × 105 мм, допустимое отклонение ±5 мм; • диаметр колеса — 75 ± 2 мм; • масса одной колесной опоры — 0,3 ± 0,1 кг; • максимальная допустимая нагрузка на одну колесную опору — не менее 45 даН; • максимальное усилие для включения стопора — не более 150 Н; • максимальное усилие для передвижения тележки — не более 100 Н; • уровень шума при передвижении — не более 65 дБ на расстоянии 1 м. Конструкция должна обеспечивать устойчивость тележки к опрокидыванию при воздействии нагрузки 190 Н в продольном и 95 Н в поперечном направлении. При эксплуатации тележка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 либо эквивалентному стандарту. Функциональные характеристики: Тележка должна обеспечивать безопасное размещение и перемещение лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Эксплуатационные характеристики: Для использования в смотровых и процедурных кабинетах. Обязательное согласование товара с Заказчиком до поставки.