Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17974032-1
Сатып алудың атауы:	ҚТЗ үшін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83107525-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АИТВ 1/2, В гепатиті және С гепатиті – cobas MPX (192Т кем емес)сапалы анықтауға арналған тест жинағы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов к-сі 1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша, 15 кун
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Адам иммунитет тапшылығы вирусқа қарсы 1/2, В гепатиті және С гепатитін сапалы анықтауға арналған тесттер жиынтығы (кемінде 192Т) Cobas 5800 жабық типтегі ПТР жүйесі үшін, протеаза ерітіндісінен, ішкі бақылаудан, элюция буферінен, Cobas 5800 жабық жүйесі үшін закодирленген ақпаратты қамтитын RFID белгісі жапсырылған мастер-микс реагентінен тұрады. Адамның қан плазмасы мен сарысуында 1-типтегі адам иммунитет тапшылығы вирусының РНҚ-сын (АИТВ-1) М тобы, АИТВ-1 О тобы, адам иммунитет тапшылығы вирусының 2-типтегі РНҚ-сын (АИТВ-2), С гепатиті вирусының РНҚ-сын (ВГС) және В гепатиті вирусының ДНҚ-сын (ВГВ) тікелей бір мезгілде анықтауға арналған in vitro сапалы тесті. Тест тұтас қан донорлық үлгілерін, қан компоненттерін және басқа да тірі донорларды скринингтен өткізуге арналған. Тұтас қан мен қан компоненттерін донациялау үшін плазма мен сарысу үлгілері жеке-жеке тексерілуі мүмкін, сондай-ақ плазманы жеке үлгілердің аликвоталарынан жасалған пуларда да тексеруге болады. Тест үшін пробаны толық автоматтандырылған түрде дайындау (нуклеин қышқылдарын бөліп алу және тазарту), одан кейінгі ПЦР-амплификация және детекция жасау арқылы нақты уақыттағы ПТР жүйесі қолданылады, сондай-ақ ықтимал тежегіштердің әсерін азайту, тесттің қайталануын бағалау және жүйелік ауытқуларды анықтау үшін ішкі бақылау жүргізіледі. Температура режимі зауыт-дайындаушының таңбаламасына сәйкес сақталуы тиіс. Стандарт көзделмеген. Жеткізу кезінде Жеткізуші тауарға тіркеу куәлігін немесе уәкілетті органның тауарды тіркеуге жатпайтыны туралы хатын ұсынуы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17974032-1
Наименование закупки:	Закуп реагентов для ЛТК
Номер лота:	№ 83107525-ЗЦП2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	Набор тестов для качественного определения ВИЧ 1/2, гепатит В и гепатит С – cobas MPX (не менее 192Т)
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Утепова 1
Срок поставки:	по заявке, 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор тестов для качественного определения ВИЧ 1/2, гепатит В и гепатит С (не менее 192Т) для ПЦР системы закрытого типа Cobas 5800, состоящий из раствора протеазы, внутреннего контроля, буфера для элюции, мастер микс реагента с нанесенной меткой RFID, которая содержит закодированную информацию для закрытой системы Cobas 5800. Качественный тест in vitro для прямого одновременного обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме и сыворотке крови человека. Тест предназначен для скрининга донорских образцов цельной крови, компонентов крови и других живых доноров. Для донаций цельной крови и компонентов крови образцы плазмы и сыворотки могут тестироваться индивидуально, плазму также можно тестировать в пулах, составленных из аликвот индивидуальных образцов. Для теста используется ПЦР система в реальном времени с полностью автоматизированной пробоподготовкой (выделением и очисткой нуклеиновых кислот) с последующей ПЦР-амплификацией и детекцией, а также проводить внутренний контроль для снижения эффекта возможных ингибиторов, оценки воспроизводимости теста, а также для выявления системных отклонений. Соблюдение температурного режима согласно маркировке завода изготовителя. Стандарт не предусмотрен. При поставке Поставщику необходимо предоставить регистрационное удостоверение на товар либо письмо от уполномоченного органа о неподлежании товара регистрации.