Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17904907-1
Сатып алудың атауы:	Жұмыс бағдарламалары мен оқу жоспарлары бойынша арнайы пәндер бойынша кабинеттерді қосымша жарақтандыру үшін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88455912-3ЦП1
Лоттың атауы:	Таразы
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық сипаттамаға сәйкес балаларға арналған электронды таразылар
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдыкорган Жансугурова,228
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн келісім шарт жасалганнан кейн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тағайындау электронды балалар таразысы жаңа туған нәрестелер мен жас балаларды медициналық ұйымдарда, соның ішінде перзентханаларда, емханаларда, педиатриялық бөлімшелерде және медициналық колледждерде өлшеуге арналған. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары * Өнім түрі: медициналық мақсаттағы электронды балалар таразысы. * Максималды жүктеме: кем дегенде 15 кг. * Минималды жүктеме: 20 г аспайды. * Санақ дискреттілігі: 5 г аспайды. * Салмақ платформасы өлшеу кезінде баланың қауіпсіз орналасуын қамтамасыз ететін пішінге ие болуы керек. * Платформа материалы берік, тұрақты өңдеуге және дезинфекциялауға төзімді болуы керек. * Өлшеу нәтижелерін көрсету электрондық дисплейде жүзеге асырылуы тиіс. * Жөргектің және басқа керек-жарақтардың массасын өтеу үшін ыдыстың массасын орнату функциясы көзделуі тиіс. * Алдыңғы өлшеу нәтижесін сақтау және нәтижелер арасындағы айырмашылықты көрсету функциясының болуы ұсынылады. * Қуат: электр желісінен және / немесе кіріктірілген батареядан. * Батареямен жұмыс істеу кезінде автономды пайдалану мүмкіндігі қарастырылуы керек. * Таразы дизайны жұмыс пен тазалаудың ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. 3. Жеткізу жинағы 1. Электрондық балалар таразысы-1 дана. 2. Алынбалы платформа немесе өлшеу ыдысы-1 дана, егер дизайн қарастырылған болса. 3. Желілік қуат адаптері — 1 дана. 4. Қазақ және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 жиынтық. 5. Өнімнің паспорты — 1 дана. 4. Сапаға қойылатын талаптар өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек. Таразы мәлімделген техникалық сипаттамаларға және медициналық өлшеу құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес келуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17904907-1
Наименование закупки:	Приобретение для дополнительного оснащения кабинетов по спец дисциплинам по рабочим программам и учебным планам
Номер лота:	№ 88455912-ЗЦП1
Наименование лота:	Весы
Описание лота:	медицинские
Дополнительное описание лота:	весы электронные детские, согласно технической спецификации
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Талдыкорган Жансугурова,228
Срок поставки:	20 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначениет Электронные детские весы предназначены для взвешивания новорожденных и детей раннего возраста в медицинских организациях, включая родильные дома, поликлиники, педиатрические отделения и медицинские колледжи. 2. Технические и функциональные характеристики • Тип изделия: электронные детские весы медицинского назначения. • Максимальная нагрузка: не менее 15 кг. • Минимальная нагрузка: не более 20 г. • Дискретность отсчета: не более 5 г. • Весовая платформа должна иметь форму, обеспечивающую безопасное размещение ребенка во время взвешивания. • Материал платформы должен быть прочным, устойчивым к регулярной обработке и дезинфекции. • Индикация результатов взвешивания должна осуществляться на электронном дисплее. • Должна быть предусмотрена функция установки массы тары для компенсации массы пеленки и других принадлежностей. • Желательно наличие функции сохранения результата предыдущего взвешивания и отображения разницы между результатами. • Питание: от электрической сети и/или встроенного аккумулятора. • При работе от аккумулятора должна быть предусмотрена возможность автономного использования. • Конструкция весов должна обеспечивать удобство эксплуатации и очистки. 3. Комплект поставки 1. Электронные детские весы — 1 шт. 2. Съемная платформа или чаша для взвешивания — 1 шт., если предусмотрена конструкцией. 3. Сетевой адаптер питания — 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации на казахском и русском языках — 1 комплект. 5. Паспорт изделия — 1 шт. 4. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов. Весы должны соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям, предъявляемым к медицинским измерительным приборам.