Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988488-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 85109190-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ау өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Тыныс алу жолдары биоүйлесімді полимерлі материалдардан жасалуы керек: сыртқы бөлігі полиэтиленнен, ал ішкі құрылымдық бөлігі полиоксиметиленнен жасалуы керек. Өнімнің дизайнында пациенттің тістерінің еріксіз бітелуіне байланысты тыныс алу жолдарының қысылуы мен бітелуінен қорғайтын кіріктірілген тістеу блогы болуы керек. Тістеу блогы тілдің зақымдалуына жол бермеуі және тыныс алу жолдарының бітелу қаупін азайтуы керек. Өнімнің жұмыс шеттері енгізу және пайдалану кезінде ауыз қуысы мен ауызжұтқыншақ шырышты қабықтарының зақымдалуына жол бермеу үшін дөңгелек, травматикалық емес пішінге ие болуы керек. Тыныс алу жолдарының дизайны жоғарғы тыныс алу жолдарының өткізгіштігін тиімді сақтауды қамтамасыз етуі керек. Өнім өлшемі: № 3–4. Өнім өндірушінің нұсқауларына сәйкес медициналық қолдануға жарамды болуы керек. Өнімнің тұтастығын және сыртқы ластаушы заттардан қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке қаптамада жеткізіледі."
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тыныс алу жолдары биоүйлесімді полимерлі материалдардан жасалуы керек: сыртқы бөлігі полиэтиленнен, ал ішкі құрылымдық бөлігі полиоксиметиленнен жасалуы керек. Өнімнің дизайнында пациенттің тістерінің еріксіз бітелуіне байланысты тыныс алу жолдарының қысылуы мен бітелуінен қорғайтын кіріктірілген тістеу блогы болуы керек. Тістеу блогы тілдің зақымдалуына жол бермеуі және тыныс алу жолдарының бітелу қаупін азайтуы керек. Өнімнің жұмыс шеттері енгізу және пайдалану кезінде ауыз қуысы мен ауызжұтқыншақ шырышты қабықтарының зақымдалуына жол бермеу үшін дөңгелек, травматикалық емес пішінге ие болуы керек. Тыныс алу жолдарының дизайны жоғарғы тыныс алу жолдарының өткізгіштігін тиімді сақтауды қамтамасыз етуі керек. Өнім өлшемі: № 3–4. Өнім өндірушінің нұсқауларына сәйкес медициналық қолдануға жарамды болуы керек. Өнімнің тұтастығын және сыртқы ластаушы заттардан қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке қаптамада жеткізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988488-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 85109190-ЗЦП1
Наименование лота:	Воздуховод
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	"Воздуховод должен быть изготовлен из биологически совместимых полимерных материалов: наружная часть — из полиэтилена, внутренняя конструктивная часть — из полиоксиметилена. Конструкция изделия должна предусматривать наличие встроенного блока прикуса, обеспечивающего защиту от сдавливания и перекрытия просвета воздуховода вследствие непроизвольного смыкания зубов пациента. Блок прикуса должен предотвращать повреждение языка и снижать риск нарушения проходимости дыхательных путей. Рабочие края изделия должны иметь закруглённую, атравматичную форму, исключающую травмирование слизистых оболочек полости рта и ротоглотки при введении и эксплуатации. Конструкция воздуховода должна обеспечивать эффективное поддержание проходимости верхних дыхательных путей. Размер изделия: № 3–4. Изделие должно быть пригодно для применения в медицинской практике в соответствии с назначением производителя. Поставка в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия и защиту от внешних загрязнений."
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Воздуховод должен быть изготовлен из биологически совместимых полимерных материалов: наружная часть — из полиэтилена, внутренняя конструктивная часть — из полиоксиметилена. Конструкция изделия должна предусматривать наличие встроенного блока прикуса, обеспечивающего защиту от сдавливания и перекрытия просвета воздуховода вследствие непроизвольного смыкания зубов пациента. Блок прикуса должен предотвращать повреждение языка и снижать риск нарушения проходимости дыхательных путей. Рабочие края изделия должны иметь закруглённую, атравматичную форму, исключающую травмирование слизистых оболочек полости рта и ротоглотки при введении и эксплуатации. Конструкция воздуховода должна обеспечивать эффективное поддержание проходимости верхних дыхательных путей. Размер изделия: № 3–4. Изделие должно быть пригодно для применения в медицинской практике в соответствии с назначением производителя. Поставка в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия и защиту от внешних загрязнений