Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18024420-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ортопедиялық матрас сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88383639-ЗЦП8 |
| **Лоттың атауы:** | Матрас |
| **Лоттың сипаттауы:** | жататын, серіппелі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ортопедиялық матрас |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы ул.Кооперации,43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кем емес |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Бір орындық кереуетке арналған бірсекциялық матрас• Өлшемдері (Ұ × Е): 200 × 90 см• Құрылымы: екі жақты• Қабаты (чехлы): алынбалы, молниямен• Өнімнің қызмет ету мерзімі: кемінде 5 жыл• Матрас толтырғышы – пенополиуретан (ППУ). Ерекшеліктері: созылмалы, жасушалы материал, жұқа қабырғалы жасушалар ауаға толтырылған, гигиеналық және денсаулыққа қауіпсіз, аллергендер жоқ, саңырауқұлақ шықпайды, шаң бөлмейді, микроорганизмдердің көбеюіне төзімді, дұрыс пайдалану жағдайында тозуға төзімді.Қабат (наматрасник):• Су өткізбейтін, гигиеналық, антибактериалық• Бу өткізгіштік: кемінде 1000 г/м²/24 сағ• Гидролизге, жыртылуға және сүртуге төзімді• Жанбайды, таймайды, жапқыш жастықты сырғып кетуден сақтайды, қатпайды• Қабат материалы: медициналық пленка ПВХ қаптамасымен• Құрылымы: алынбалы, молниямен• Матрастың барлық жағынан қорғайды, қайта-қайта санитарлық өңдеуге төзімді, дезинфекциялық заттарға төзімді• Жууға рұқсат етілген, температура режимін сақтай отырып, құрғақ және ылғалды термиялық өңдеуге 90 °C дейін төзімді• Барлық түрдегі дезинфекциялық құралдармен өңдеуге және автоклавта өңдеуге рұқсат етілгенӨнім сертификатталған материалдардан жасалған және қолданыстағы санитарлық-гигиеналық талаптар мен нормативтерге сәйкес келеді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18024420-1 |
| **Наименование закупки:** | приобретение матрас ортопедический |
| **Номер лота:** | № 88383639-ЗЦП8 |
| **Наименование лота:** | Матрас |
| **Описание лота:** | спальный, пружинный |
| **Дополнительное описание лота:** | матрас ортопедический |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан ул.Кооперации,43 |
| **Срок поставки:** | не менее 15 календарных дней со дня заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Матрас односекционный для односпальной кровати, размеры (Д × Ш): 200 × 90 см, конструкция: двусторонний, чехол: съёмный, на молнии, срок службы изделия: не менее 5 лет, наполнитель матрасса пенополиуретан (ППУ характеристика : эластичный ячеистый материал, состоит из тонкостенных ячеек, наполненных воздухом, гигиеничный и безопасный для здоровья, не содержит аллергенов, не плесневеет, не выделяет пыль, устойчив к размножению микроорганизмов, износостойкий при соблюдении условий эксплуатации.<br>• Чехол (наматрасник) - водонепроницаемый, гигиенический, антибактериальный, паропроницаемость: не менее 1000 г/м²/24 ч, устойчив к гидролизу, разрыву и трению, не поддерживает горение, не скользит, препятствует скатыванию простыни, не сминается, материал чехла: медицинская клеёнка с ПВХ-покрытием, конструкция чехла: съёмный, на молнии, обеспечивает защиту матраса со всех сторон допускает многократную санитарную обработку, устойчив к воздействию дезинфицирующих средств, допускается стирка с соблюдением температурного режима, выдерживает сухую и влажную термическую обработку до 90 °С, допускается обработка всеми видами дезинфицирующих средств, допускается автоклавирование. Изделие должно изготовлено из сертифицированных материалов, соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам. |