Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17901039-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық препараттар мен бұйымдарды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88080175-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Цемент
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рентген-контрастты сүйек цементі Surgical Simplex P. рентген-контрастты сүйек цементі: Сүйек цементі. Стерильді оралған 2 компонент болуы тиіс: Бір компонент: құрамында сұйық мономер бар ампула, мынадай құрамдағы толық доза: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл. -N, N-диметилтолидин 0,5 мл. -Гидрокинон 1,5 мг. Басқа компонент: пакеті мынадай құрамдағы ұнтақтың толық дозасы 40 гр: -Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр. -Полиметилметакрилат 6 гр. -Полиметилметакрилат 6 гр. -Бария Сульфат 4 гр. Экзотермиялық реакцияның температурасы 60 ˚ С аспайды. Цементтің тұтқырлығы: орташа тұтқырлығы бар. Сүйек цементі дайындау процесінде төмен және орташа тұтқырлық фазалары арқылы өтуі тиіс. Өндіруші цементті төмен фазада да, орташа тұтқырлық фазасында да қолдануға ресми түрде рұқсат беруі тиіс. Жұмыс уақыты 7-ден 8 минутқа дейін. Стерильділігі: Жүйе бір реттік болып табылады және стерильді қаптамада жеткізіледі.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рентген-контрастты сүйек цементі Surgical Simplex P. рентген-контрастты сүйек цементі: Сүйек цементі. Стерильді оралған 2 компонент болуы тиіс: Бір компонент: құрамында сұйық мономер бар ампула, мынадай құрамдағы толық доза: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл. -N, N-диметилтолидин 0,5 мл. -Гидрокинон 1,5 мг. Басқа компонент: пакеті мынадай құрамдағы ұнтақтың толық дозасы 40 гр: -Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр. -Полиметилметакрилат 6 гр. -Полиметилметакрилат 6 гр. -Бария Сульфат 4 гр. Экзотермиялық реакцияның температурасы 60 ˚ С аспайды. Цементтің тұтқырлығы: орташа тұтқырлығы бар. Сүйек цементі дайындау процесінде төмен және орташа тұтқырлық фазалары арқылы өтуі тиіс. Өндіруші цементті төмен фазада да, орташа тұтқырлық фазасында да қолдануға ресми түрде рұқсат беруі тиіс. Жұмыс уақыты 7-ден 8 минутқа дейін. Стерильділігі: Жүйе бір реттік болып табылады және стерильді қаптамада жеткізіледі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің немесе ҚР-ға бір жолғы әкелуге рұқсаттың болуы (егер тауар міндетті тіркеуге жатпайтын жағдайда уәкілетті органнан хат ұсынылады).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17901039-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских препаратов и изделий (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88080175-ЗЦП1
Наименование лота:	Цемент
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P. Рентгеноконтрастный костный цемент: Костный цемент. Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр. Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P. Рентгеноконтрастный костный цемент: Костный цемент. Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр. Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. Наличие государственной регистрации в Республике Казахстан или разрешения на разовый ввоз в РК (в случаев если товар не подлежит обязательной регистрации предоставляется письмо с уполномоченного органа).