Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011394-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88845261-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Глюкометр
Лоттың сипаттауы:	фотометриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Глюкометр
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Абай даңғылы, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Глюкометр-бұл қандағы глюкозаны өлшеуге арналған 5ам құрал, талдау уақыты 5 секунд және тамшының ең аз мөлшері 0,5 мкл. Негізгі сипаттамалары • Өлшеу диапазоны: 1,1-33,3 ммоль / л(20-600 мг / дл). * Кодтау: қажет емес(сынақ жолақтарын автоматты түрде тану). * Жад: орташа мәндерді есептей отырып, 450 өлшемге дейін. * Қосымша мүмкіндіктер: қант деңгейі жоғары кетондар туралы ескерту сигналы (>13,3 ммоль/л), "тамақтанар алдында" және "тамақтанғаннан кейін" белгілері, дабылдар/еске салғыштар, жолақты қауіпсіз шығару түймесі (эжектор).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011394-1
Наименование закупки:	Закупки товаров согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88845261-ЗЦП1
Наименование лота:	Глюкометр
Описание лота:	фотометрический
Дополнительное описание лота:	Глюкометр
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран проспект Абая 35
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Глюкометр — это компактный прибор для измерения уровня глюкозы в крови с временем анализа 5 секунд и минимальным объемом капли 0,5 мкл. Основные характеристики • Диапазон измерений: 1,1–33,3 ммоль/л (20–600 мг/дл). • Кодирование: не требуется (автоматическое распознавание тест-полосок). • Память: до 450 измерений с расчетом средних значений. • Дополнительные функции: сигнал предупреждения о кетонах при высоком уровне сахара (>13,3 ммоль/л), отметки «до еды» и «после еды», будильники/ напоминания, кнопка безопасного извлечения полоски (эжектор).