Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88793316-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Центрифуга
Лоттың сипаттауы:	медицина өнеркәсібіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық медициналық центрифуга. № Параметр Атауы Қажетті Сипаттамасы 1 Жабдық түрі Зертханалық центрифуга 2 Дизайн Үстел үсті 3 Басқару түрі Электронды 4 Максималды айналу жылдамдығы 4000 айн/мин кем емес 5 Салыстырмалы центрифугалық үдеу 2000 × г кем емес 6 Ротор сыйымдылығы 12 сынақ түтігінен кем емес 7 Таймер Электронды, реттелетін 8 Жылдамдықты басқару мүмкіндігі бар 9 Сандық дисплей 10 Роторды алып тастауға болады 11 Әр түрлі сынақ түтіктерінің өлшемдеріне арналған адаптерлер 12 Айналу кезінде құлыптау мүмкіндігі бар қорғаныс қақпағы 13 Қауіпсіздік жүйесі Жұмыс кезінде теңгерімсіздіктен, шамадан тыс жүктемеден және қақпақтың ашылуынан қорғау 14 Корпус Металл немесе соққыға төзімді материал 15 Қуат көзі 220 В, 50 Гц 16 Зертханалық үстелге орнату 17 Шу деңгейі 65 дБ аспайды, артықшылықты 18 Мақсаты Клиникалық зертханалық сынақ Қаптаманың құрамы: 1. Зертханалық центрифуга — 1 дана. 2. Ротор — 1 дана. 3. Түтікше адаптерлерінің жиынтығы — 1 жиынтық. 4. Қорғаныш қақпағы — 1 дана. 5. Қуат кабелі — 1 дана. 6. Орыс тіліндегі пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. 7. Өнім паспорты — 1 дана. 8. Кепілдік картасы — 1 дана.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Зертханалық медициналық центрифуга. № Параметр Атауы Қажетті Сипаттамасы 1 Жабдық түрі Зертханалық центрифуга 2 Дизайн Үстел үсті 3 Басқару түрі Электронды 4 Максималды айналу жылдамдығы 4000 айн/мин кем емес 5 Салыстырмалы центрифугалық үдеу 2000 × г кем емес 6 Ротор сыйымдылығы 12 сынақ түтігінен кем емес 7 Таймер Электронды, реттелетін 8 Жылдамдықты басқару мүмкіндігі бар 9 Сандық дисплей 10 Роторды алып тастауға болады 11 Әр түрлі сынақ түтіктерінің өлшемдеріне арналған адаптерлер 12 Айналу кезінде құлыптау мүмкіндігі бар қорғаныс қақпағы 13 Қауіпсіздік жүйесі Жұмыс кезінде теңгерімсіздіктен, шамадан тыс жүктемеден және қақпақтың ашылуынан қорғау 14 Корпус Металл немесе соққыға төзімді материал 15 Қуат көзі 220 В, 50 Гц 16 Зертханалық үстелге орнату 17 Шу деңгейі 65 дБ аспайды, артықшылықты 18 Мақсаты Клиникалық зертханалық сынақ Қаптаманың құрамы: 1. Зертханалық центрифуга — 1 дана. 2. Ротор — 1 дана. 3. Түтікше адаптерлерінің жиынтығы — 1 жиынтық. 4. Қорғаныш қақпағы — 1 дана. 5. Қуат кабелі — 1 дана. 6. Орыс тіліндегі пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. 7. Өнім паспорты — 1 дана. 8. Кепілдік картасы — 1 дана. / ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88793316-ЗЦП1
Наименование лота:	Центрифуга
Описание лота:	для медицинской промышленности
Дополнительное описание лота:	Центрифуга лабораторная медицинская. № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Тип оборудования Центрифуга лабораторная 2 Исполнение Настольное 3 Тип управления Электронное 4 Максимальная скорость вращения Не менее 4000 об/мин 5 Относительное центробежное ускорение Не менее 2000 × g 6 Вместимость ротора Не менее 12 пробирок 7 Таймер Электронный, регулируемый 8 Регулировка скорости Наличие 9 Дисплей Цифровой 10 Ротор Съёмный 11 Адаптеры Для различных размеров пробирок 12 Защитная крышка С блокировкой во время вращения 13 Система безопасности Защита от дисбаланса, перегрузки и открытия крышки во время работы 14 Корпус Металлический или ударопрочный материал 15 Электропитание 220 В, 50 Гц 16 Установка На лабораторном столе 17 Уровень шума Не более 65 дБ, желательно 18 Назначение Клинические лабораторные исследования Комплект поставки: 1. Центрифуга лабораторная — 1 шт. 2. Ротор — 1 шт. 3. Комплект адаптеров для пробирок — 1 комплект. 4. Защитная крышка — 1 шт. 5. Кабель питания — 1 шт. 6. Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт. 7. Паспорт изделия — 1 шт. 8. Гарантийный талон — 1 шт.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Центрифуга лабораторная медицинская. № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Тип оборудования Центрифуга лабораторная 2 Исполнение Настольное 3 Тип управления Электронное 4 Максимальная скорость вращения Не менее 4000 об/мин 5 Относительное центробежное ускорение Не менее 2000 × g 6 Вместимость ротора Не менее 12 пробирок 7 Таймер Электронный, регулируемый 8 Регулировка скорости Наличие 9 Дисплей Цифровой 10 Ротор Съёмный 11 Адаптеры Для различных размеров пробирок 12 Защитная крышка С блокировкой во время вращения 13 Система безопасности Защита от дисбаланса, перегрузки и открытия крышки во время работы 14 Корпус Металлический или ударопрочный материал 15 Электропитание 220 В, 50 Гц 16 Установка На лабораторном столе 17 Уровень шума Не более 65 дБ, желательно 18 Назначение Клинические лабораторные исследования Комплект поставки: 1. Центрифуга лабораторная — 1 шт. 2. Ротор — 1 шт. 3. Комплект адаптеров для пробирок — 1 комплект. 4. Защитная крышка — 1 шт. 5. Кабель питания — 1 шт. 6. Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт. 7. Паспорт изделия — 1 шт. 8. Гарантийный талон — 1 шт. ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 Согласовать с заказчиком