Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17497431-1
Сатып алудың атауы:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Лоттың нөмірі:	№ 87634901-ОИЗ
Лоттың атауы :	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Креатинкиназа МВ (CK-MB) R1:2×35 мл+R2:1×18 мл.Активность креатинкиназы измеряют в присутствии антитела к мономеру креатинкиназы-М, которое полностью ингибирует креатинкиназу-ММ, но не влияет на активность мономера В креатинкиназы-МВ или креатинкиназы-ВВ. Поскольку креатинкиназа-МВ состоит из равных субъединиц М и В, ее измеренная активность составляет 50 процентов от активности, обнаруженной в отсутствие антитела. Активность мономера креатинкиназы-В затем определяют в следующей последовательности реакций
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Актобе к., Рыскулов к.192
Жеткізу мерзімі:	10.09.2026
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Креатинкиназа МВ (CK-MB) R1:2×35 мл+R2:1×18 мл.Активность креатинкиназы измеряют в присутствии антитела к мономеру креатинкиназы-М, которое полностью ингибирует креатинкиназу-ММ, но не влияет на активность мономера В креатинкиназы-МВ или креатинкиназы-ВВ. Поскольку креатинкиназа-МВ состоит из равных субъединиц М и В, ее измеренная активность составляет 50 процентов от активности, обнаруженной в отсутствие антитела. Активность мономера креатинкиназы-В затем определяют в следующей последовательности реакций

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17497431-1
Наименование закупки:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Номер лота:	№ 87634901-ОИЗ
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Креатинкиназа МВ (CK-MB) R1:2×35 мл+R2:1×18 мл.Активность креатинкиназы измеряют в присутствии антитела к мономеру креатинкиназы-М, которое полностью ингибирует креатинкиназу-ММ, но не влияет на активность мономера В креатинкиназы-МВ или креатинкиназы-ВВ. Поскольку креатинкиназа-МВ состоит из равных субъединиц М и В, ее измеренная активность составляет 50 процентов от активности, обнаруженной в отсутствие антитела. Активность мономера креатинкиназы-В затем определяют в следующей последовательности реакций
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, ул.Рыскулова 192
Срок поставки:	10.09.2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Креатинкиназа МВ (CK-MB) R1:2×35 мл+R2:1×18 мл.Активность креатинкиназы измеряют в присутствии антитела к мономеру креатинкиназы-М, которое полностью ингибирует креатинкиназу-ММ, но не влияет на активность мономера В креатинкиназы-МВ или креатинкиназы-ВВ. Поскольку креатинкиназа-МВ состоит из равных субъединиц М и В, ее измеренная активность составляет 50 процентов от активности, обнаруженной в отсутствие антитела. Активность мономера креатинкиназы-В затем определяют в следующей последовательности реакций