Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17701436-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық газ жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған мамандандырылған мүлік (құрал-саймандар)
Лоттың нөмірі:	№ 88053119-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Төсем
Лоттың сипаттауы:	фторқыртысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегі баллонының редукторына арналған фторопласт төсем. Газ қосылымын тығыздауға арналған. ГОСТ 10007-80 (или ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 15180-86
Саны, көлемі:	420
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оттегі баллонының редукторына арналған фторопласт төсем. Газ қосылымын тығыздауға арналған. ГОСТ 10007-80 (или ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 15180-86. Оттегі редукторын цилиндр клапанына қосуға арналған стандартты фторопласт тығыздағышының (тығыздағыш сақина) стандартты өлшемдері бар: ішкі диаметрі 10 мм, сыртқы диаметрі 22 мм және қалыңдығы 2 мм-ден 3 мм-ге дейін (кейде 4 мм-ге дейін).Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17701436-1
Наименование закупки:	Специализированный инвентарь для технического обслуживания медицинских газовых систем
Номер лота:	№ 88053119-ЗЦП1
Наименование лота:	Прокладка
Описание лота:	фторопластовая
Дополнительное описание лота:	Фторопластовая прокладка для редуктора кислородного баллона. Предназначена для герметизации газового соединения. ГОСТ 10007-80 (или ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 15180-86
Количество:	420
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фторопластовая прокладка для редуктора кислородного баллона. Предназначена для герметизации газового соединения. ГОСТ 10007-80 (или ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 15180-86. Прокладка для редуктора на кислородный баллон фторопластовые Стандартная фторопластовая прокладка (уплотнительное кольцо) для соединения кислородного редуктора с вентилем баллона имеет стандартные размеры: внутренний диаметр — 10 мм, внешний диаметр — 22 мм, а толщина составляет от 2 мм до 3 мм (иногда до 4 мм). Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.