Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17962963-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Квб ҒЗИ үшін Луис тесті |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88616362-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Реагенттер жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | микропреципитация реакциясында мерезді диагностикалау үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Луис тест |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Жиынтық |
| **Жеткізу орны:** | 751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Мерезбен байланысты реагиндік антиденелерді анықтауға арналған "ЛЮИС-ТЕСТ" реагенттерінің жиынтығы адамның қан сарысуы (плазма) және ликер үлгілеріндегі мерезбен байланысты реагиндік антиденелерді анықтауға арналған және арнайы оқытылған персонал клиникалық-диагностикалық зертханаларда пайдалануы тиіс. Кардиолипин антигенінде кардиолипин, лецитин, холестерин, холин-хлорид, ЭДТА және тимеросал бар. Бақылау үлгілерін зерттеуді қоса алғанда, микропреципитацияның 500 анықтамасы мен реакциясын жүргізуге арналған. Адам қанының сарысуларының (плазмаларының) клиникалық үлгілеріндегі реагенттер жиынтығының диагностикалық сезімталдығы 98,5% -;; ликердің клиникалық үлгілерінде-86,7% -. құрады.. Адам қанының сарысуларының (плазмаларының) үлгілерін зерттеу кезінде жиынтықтың ерекшелігі 99,0% құрады; ликерді зерттеу кезінде - 100%. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17962963-1 |
| **Наименование закупки:** | Луис тест для НИИ КВБ |
| **Номер лота:** | № 88616362-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Набор реагентов |
| **Описание лота:** | для диагностики сифилиса в реакции микропреципитации |
| **Дополнительное описание лота:** | Луис тест |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Набор |
| **Места поставки:** | 751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25 |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Набор реагентов «ЛЮИС-ТЕСТ» для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител, предназначен для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в образцах сыворотки (плазмы) крови и ликвора человека и должен использоваться в клиникодиагностических лабораториях специально обученным персоналом. Кардиолипиновый антиген содержит кардиолипин, лецитин, холестерин, холин-хлорид, ЭДТА и тимеросал. Рассчитан на проведение 500 определений и реакции микропреципитации, включая исследование контрольных образцов. Диагностическая чувствительность набора реагентов на клинических образцах сывороток (плазм) крови человека составила 98,5%; наклинических образцах ликвора - 86,7%.. Специфичность набора при исследовании образцов сывороток (плазм) крови человека составила 99,0%; при исследовании ликвора - 100%. |