Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17967629-1
Конкурстың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83307211-ОК1
Лоттың атауы	Ота жасайтын жиынтық
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325050.900.000056
Тауардың атауы*:	Ота жасайтын жиынтық
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	40
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	57523.8
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2300952
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Кемінде 1 дана. - өлшемі кемінде 15х250 см қорғаныс жабыны. эндоскопиялық камераға арналған қорғаныс жабыны бір реттік, өлшемі кемінде 15 ± 1 см 250 ± 3 см кем емес. жабын қалыңдығы кемінде 40 мкм медициналық дәрежедегі, мөлдір, антистатикалық полипропиленнен жасалған. Жабынның өзі "жең"пішінін ұстайтын Қатты, Пластикалық сақинада, ақ түсте оралған. Қаптаманың шетінде ұзындығы кемінде 20 см болатын кем дегенде бір жабысқақ жолақ бар. Кем дегенде 1 дана. - 120х120 см-ден кем емес шаршы кадрларға арналған қорғаныс жабыны. қорғаныс жабыны қалыңдығы 50 микроннан кем емес медициналық дәрежедегі полиэтилен пленкадан жасалған. Қаптаманың ені кемінде 120 ± 2 см, ұзындығы кемінде 120 ± 2 см. қаптаманың жиналған және созылған түрінде кемінде 2 позициясы бар. Жиналған кезде тесіктің диаметрі ені кемінде 38 ± 3 см, кем дегенде 100 см-ге дейін созылады. қаптамада жабынды бекітуге және бекітуге көмектесу үшін резеңке жолақ бар. Кем дегенде 4 дана. - жабысқақ жиегі кемінде 5 см болатын 100х100 см-ден кем емес бір реттік жайма. ұзындығы кемінде 100 см ± 5 см және ені кемінде 100 см ± 5 см жайма, тығыздығы м2-ге кемінде 53 грамм тоқыма емес материалдан жасалған. Кем дегенде екі қабатты тоқыма емес мата (спанбонд және полиэтилен) термиялық түрде бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Жабынның гидрофильді және бактерияға қарсы қасиеті бар. Жабынның ұзындығы бойынша кемінде 100 см ± 5 см ені кемінде 5 см жабысқақ жиек бар, кемінде 1 дана. - Өлшемі кемінде 190х340 см болатын бір реттік Парақ, негізі ретінде тығыздығы кемінде 45 gsm (45 гр/м2) SMS-тен бір реттік Парақ. Оның сыртқы Өлшемдері кемінде 190х340 см, тікбұрышты пішінді, тікбұрышты саңылауы бар: ортасында кемінде 20х34 см.тесік өздігінен жабысатын пленкамен және операциялық өрістің стерильділігін сақтау үшін жабыспайтын қағазбен жабылған. Тесік кем дегенде 56 GSM тығыздығы бар ре сұйықтық жинайтын қапшықпен жабдықталған, кем дегенде 2 су төгетін саңылаулары және қабырғалардың қаттылығына арналған пластикалық шыбықтары бар (ре тығыздығы кемінде 56 gsm (56 гр/м2) - полиэтилен пленкасы-полиэтиленнен жасалған жұқа зат қабаты икемділік, ылғалға төзімділік, аязға төзімділік сияқты қасиеттерге ие және гигиена). Парақта медициналық персоналды қорғау үшін кемінде 3 алжапқыш бар, олардың мөлшері 134х80 см-ден кем емес. Тығыздығы кемінде 45 gsm (45 гр/м2) SMS-бұл кем дегенде екі қабатты тоқыма емес матадан жасалған композициялық тоқыма емес материал спанбонд және балқытылған экструзия әдісімен алынған кем дегенде бір қабатты тоқыма емес материал, бұл оны SMS тоқыма емес деп аталатын қабатты өнімге айналдырады (балқытылған иіру).Кемінде 1 дана. - қорғаныш жабыны: Майо үшін, кемінде 80х140 см. қорғаныш жабыны " қаз " аспаптық хирургиялық үстелге арналған, жабын мөлшері: ұзындығы кемінде 140 ± 2 см, ені кемінде 80 ± 1,5 см. Жабын материалдың кем дегенде екі түрінен жасалған: медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен және тоқыма емес материал. Қаптаманың ішінен тоқылған емес, қап тәрізді төртбұрышты жабын.

	Тоқыма емес матаның биіктігі кемінде 77 ± 1 см және ені кемінде 61 ± 2 см. Кемінде 1 дана. - қорғаныс жабыны: үстелге кемінде 137Х180 см. үстелге қорғаныс жабыны, жабынның жалпы мөлшері кемінде 180 ± 2 см, кемінде 137 ± 2 см.жабын кемінде екі қабат тоқыма емес матадан тұрады. Негізгі қабаттың көлемі 180 ± 2 см-ден кем емес 137 ± 2 см-ден кем емес м2 үшін тығыздығы 55 грамнан кем емес медициналық дәрежедегі полиэтиленнен. SMS тоқыма емес материалдан кемінде 180 ± 2 см-ден кемінде 61 ± 1 см-ге дейінгі орталық қабат. Қаптаманың төменгі жағында Table Cover 137х180 см белгісі бар. Кемінде 1 дана. - өлшемі кемінде 10х12 см патч. қорғаныш жабысқақ пленка, мөлдір, ұзындығы кемінде 12 см, ені кемінде 10 см. полиуретанды қорғаныш пленка, полиакрилаттың жабысқақ бөлігі. Фильм сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және жиектердің жабысып қалуын болдырмайды. Кем дегенде 2 дана. - хирургиялық Көк сүлгі. Ұзындығы кемінде 60 см ± 2 см, ені кемінде 42 см ± 2 см сүлгі мақтадан кемінде 100% (немесе мақта 100%) жасалған. Кем дегенде 2 дана. - XL күшейтілген Халат. Тоқылмаған материалдан жасалған күшейтілген хирургиялық шапан бір реттік. Халат кем дегенде екі қабаттан тұрады — SMMS негізгі қабаты және күшейтілген қабат. Күшейтілген халаттың жалпы тығыздығы м2 үшін кемінде 85 грамм. Кемінде төрт қабатты SMMS тоқыма емес матаның тығыздығы м2-ге кемінде 45 грамм, сонымен қатар м2-ге кемінде 40 грамм тоқыма емес мата. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы кемінде 22 см, алдыңғы бөлігі мойын сызығынан түбіне дейін кемінде 139,5 см, жалпы ені ашылмаған түрінде кемінде 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін ұзындығы кемінде 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін кемінде 84 см, кеуде ені кемінде 70 см, манжета кем дегенде 7 см-ден кем емес 5 см. жеңнің күшейтілген бөлігі кем дегенде 42 см. мойын сызығы арасындағы қашықтық кеудедегі күшейтілген бөлікке дейін кем дегенде 20 см. кеудедегі күшейтілген бөліктің ұзындығы кемінде 80 см, кеуде аймағындағы күшейтілген бөліктің ені кемінде 50 см. бүкіл периметр бойынша күшейту желімделеді. Халаттың артқы жағында бекіткіш, белдік байламдарға арналған қағаз бекіткіші және Қолға арналған кемінде екі целлюлоза майлығы бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі .Кем дегенде 2 дана. - қолғап: ұнтақсыз (MICRO). Бір рет қолданылатын, қоңыр, ұнтақсыз, көлемі кемінде 70 (7,0) хирургиялық латекс қолғаптары. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Ақуыздың аздығына байланысты латекске аллергиялық реакцияны төмендетеді, 50 мкг/дм2 аспайды. Арнайы ішкі полимерлі жабын қолғапты құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Кедір-бұдыр беті тамаша ұстауды қамтамасыз етеді. Жіңішке дизайнмен қолғаптар жақсы тактильді қамтамасыз етеді және хирургқа микрохирургиялық операцияларды жақсырақ орындауға көмектеседі. Қоңыр түсте шағылысқа қарсы жабын да бар. Кем дегенде 1 дана.

	- қолғап: ұнтақсыз (MICRO). Бір рет қолданылатын, қоңыр, ұнтақсыз, көлемі кемінде 75 (7,5) хирургиялық латекс қолғаптары. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Ақуыздың аздығына байланысты латекске аллергиялық реакцияны төмендетеді, 50 мкг/дм2 аспайды. Арнайы ішкі полимерлі жабын қолғапты құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Кедір-бұдыр беті тамаша ұстауды қамтамасыз етеді. Жіңішке дизайнмен қолғаптар жақсы тактильді қамтамасыз етеді және хирургқа микрохирургиялық операцияларды жақсырақ орындауға көмектеседі. Қоңыр түсте шағылысқа қарсы жабын да бар. Кем дегенде 40 дана. - майлықтар жиынтығы: кем дегенде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, өлшемі кемінде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, кем дегенде 12 қабат дәкеден жасалған. Кем дегенде 10 дана. - майлықтар жиынтығы, өлшемі кемінде 50 мм дәке сіңіргіш шарлар. өлшемі кемінде 50х50 мм рентгендік контрастты емес шарлар дәкеден жасалған. Кемінде 10 дана. - майлықтар жиынтығы: рентгендік контрастты кемінде 45х45 см. Кем дегенде 2 дана. - инъекцияға арналған көлемі кемінде 20 мл Луер-Лок Шприц. Кемінде 1 дана. - сору түтігі (ұзындығы кемінде 350 см). Кем дегенде 1 дана. - № 11 тұтқасы жоқ Скальпель (пышақ). Кем дегенде 1 дана. - скальпель (пышақ) № 23 тұтқасы жоқ. Хирургиялық процедураларға арналған болат пышақтар, тұтқасы жоқ, пышақ көміртекті болаттан жасалған және тот баспайтын ыстыққа төзімді болаттан жасалған (Швед түрі). Көрініс # 23. Кем дегенде 3 дана. - көлемі кемінде 300 мл ыдыс көк. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 300 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 110 ± 1,5 мм, тостағанның биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 5 ± 1,5 мм. тостағанның ішкі бетінде сұйықтық көлемін дәл өлшеуге мүмкіндік беретін кемінде 50 мл және кемінде 25 мл қадаммен бітірудің кемінде екі нұсқасы қолданылады. Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 500 мл тостаған (көк). Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 500 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 128 ± 1,5 мм, жалпы биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 4 ± 1,5 мм.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Кемінде 1 дана. - өлшемі кемінде 15х250 см қорғаныс жабыны. эндоскопиялық камераға арналған қорғаныс жабыны бір реттік, өлшемі кемінде 15 ± 1 см 250 ± 3 см кем емес. жабын қалыңдығы кемінде 40 мкм медициналық дәрежедегі, мөлдір, антистатикалық полипропиленнен жасалған. Жабынның өзі "жең"пішінін ұстайтын Қатты, Пластикалық сақинада, ақ түсте оралған. Қаптаманың шетінде ұзындығы кемінде 20 см болатын кем дегенде бір жабысқақ жолақ бар. Кем дегенде 1 дана. - 120х120 см-ден кем емес шаршы кадрларға арналған қорғаныс жабыны. қорғаныс жабыны қалыңдығы 50 микроннан кем емес медициналық дәрежедегі полиэтилен пленкадан жасалған. Қаптаманың ені кемінде 120 ± 2 см, ұзындығы кемінде 120 ± 2 см. қаптаманың жиналған және созылған түрінде кемінде 2 позициясы бар. Жиналған кезде тесіктің диаметрі ені кемінде 38 ± 3 см, кем дегенде 100 см-ге дейін созылады. қаптамада жабынды бекітуге және бекітуге көмектесу үшін резеңке жолақ бар. Кем дегенде 4 дана. - жабысқақ жиегі кемінде 5 см болатын 100х100 см-ден кем емес бір реттік жайма. ұзындығы кемінде 100 см ± 5 см және ені кемінде 100 см ± 5 см жайма, тығыздығы м2-ге кемінде 53 грамм тоқыма емес материалдан жасалған. Кем дегенде екі қабатты тоқыма емес мата (спанбонд және полиэтилен) термиялық түрде бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Жабынның гидрофильді және бактерияға қарсы қасиеті бар. Жабынның ұзындығы бойынша кемінде 100 см ± 5 см ені кемінде 5 см жабысқақ жиек бар, кемінде 1 дана. - Өлшемі кемінде 190х340 см болатын бір реттік Парақ, негізі ретінде тығыздығы кемінде 45 gsm (45 гр/м2) SMS-тен бір реттік Парақ. Оның сыртқы Өлшемдері кемінде 190х340 см, тікбұрышты пішінді, тікбұрышты саңылауы бар: ортасында кемінде 20х34 см.тесік өздігінен жабысатын пленкамен және операциялық өрістің стерильділігін сақтау үшін жабыспайтын қағазбен жабылған. Тесік кем дегенде 56 GSM тығыздығы бар ре сұйықтық жинайтын қапшықпен жабдықталған, кем дегенде 2 су төгетін саңылаулары және қабырғалардың қаттылығына арналған пластикалық шыбықтары бар (ре тығыздығы кемінде 56 gsm (56 гр/м2) - полиэтилен пленкасы-полиэтиленнен жасалған жұқа зат қабаты икемділік, ылғалға төзімділік, аязға төзімділік сияқты қасиеттерге ие және гигиена). Парақта медициналық персоналды қорғау үшін кемінде 3 алжапқыш бар, олардың мөлшері 134х80 см-ден кем емес. Тығыздығы кемінде 45 gsm (45 гр/м2) SMS-бұл кем дегенде екі қабатты тоқыма емес матадан жасалған композициялық тоқыма емес материал спанбонд және балқытылған экструзия әдісімен алынған кем дегенде бір қабатты тоқыма емес материал, бұл оны SMS тоқыма емес деп аталатын қабатты өнімге айналдырады (балқытылған иіру).Кемінде 1 дана. - қорғаныш жабыны: Майо үшін, кемінде 80х140 см. қорғаныш жабыны " қаз " аспаптық хирургиялық үстелге арналған, жабын мөлшері: ұзындығы кемінде 140 ± 2 см, ені кемінде 80 ± 1,5 см. Жабын материалдың кем дегенде екі түрінен жасалған: медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен және тоқыма емес материал. Қаптаманың ішінен тоқылған емес, қап тәрізді төртбұрышты жабын.

	Тоқыма емес матаның биіктігі кемінде 77 ± 1 см және ені кемінде 61 ± 2 см. Кемінде 1 дана. - қорғаныс жабыны: үстелге кемінде 137Х180 см. үстелге қорғаныс жабыны, жабынның жалпы мөлшері кемінде 180 ± 2 см, кемінде 137 ± 2 см.жабын кемінде екі қабат тоқыма емес матадан тұрады. Негізгі қабаттың көлемі 180 ± 2 см-ден кем емес 137 ± 2 см-ден кем емес м2 үшін тығыздығы 55 грамнан кем емес медициналық дәрежедегі полиэтиленнен. SMS тоқыма емес материалдан кемінде 180 ± 2 см-ден кемінде 61 ± 1 см-ге дейінгі орталық қабат. Қаптаманың төменгі жағында Table Cover 137х180 см белгісі бар. Кемінде 1 дана. - өлшемі кемінде 10х12 см патч. қорғаныш жабысқақ пленка, мөлдір, ұзындығы кемінде 12 см, ені кемінде 10 см. полиуретанды қорғаныш пленка, полиакрилаттың жабысқақ бөлігі. Фильм сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және жиектердің жабысып қалуын болдырмайды. Кем дегенде 2 дана. - хирургиялық Көк сүлгі. Ұзындығы кемінде 60 см ± 2 см, ені кемінде 42 см ± 2 см сүлгі мақтадан кемінде 100% (немесе мақта 100%) жасалған. Кем дегенде 2 дана. - XL күшейтілген Халат. Тоқылмаған материалдан жасалған күшейтілген хирургиялық шапан бір реттік. Халат кем дегенде екі қабаттан тұрады — SMMS негізгі қабаты және күшейтілген қабат. Күшейтілген халаттың жалпы тығыздығы м2 үшін кемінде 85 грамм. Кемінде төрт қабатты SMMS тоқыма емес матаның тығыздығы м2-ге кемінде 45 грамм, сонымен қатар м2-ге кемінде 40 грамм тоқыма емес мата. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы кемінде 22 см, алдыңғы бөлігі мойын сызығынан түбіне дейін кемінде 139,5 см, жалпы ені ашылмаған түрінде кемінде 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін ұзындығы кемінде 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін кемінде 84 см, кеуде ені кемінде 70 см, манжета кем дегенде 7 см-ден кем емес 5 см. жеңнің күшейтілген бөлігі кем дегенде 42 см. мойын сызығы арасындағы қашықтық кеудедегі күшейтілген бөлікке дейін кем дегенде 20 см. кеудедегі күшейтілген бөліктің ұзындығы кемінде 80 см, кеуде аймағындағы күшейтілген бөліктің ені кемінде 50 см. бүкіл периметр бойынша күшейту желімделеді. Халаттың артқы жағында бекіткіш, белдік байламдарға арналған қағаз бекіткіші және Қолға арналған кемінде екі целлюлоза майлығы бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі .Кем дегенде 2 дана. - қолғап: ұнтақсыз (MICRO). Бір рет қолданылатын, қоңыр, ұнтақсыз, көлемі кемінде 70 (7,0) хирургиялық латекс қолғаптары. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Ақуыздың аздығына байланысты латекске аллергиялық реакцияны төмендетеді, 50 мкг/дм2 аспайды. Арнайы ішкі полимерлі жабын қолғапты құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Кедір-бұдыр беті тамаша ұстауды қамтамасыз етеді. Жіңішке дизайнмен қолғаптар жақсы тактильді қамтамасыз етеді және хирургқа микрохирургиялық операцияларды жақсырақ орындауға көмектеседі. Қоңыр түсте шағылысқа қарсы жабын да бар. Кем дегенде 1 дана.

	- қолғап: ұнтақсыз (MICRO). Бір рет қолданылатын, қоңыр, ұнтақсыз, көлемі кемінде 75 (7,5) хирургиялық латекс қолғаптары. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Ақуыздың аздығына байланысты латекске аллергиялық реакцияны төмендетеді, 50 мкг/дм2 аспайды. Арнайы ішкі полимерлі жабын қолғапты құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Кедір-бұдыр беті тамаша ұстауды қамтамасыз етеді. Жіңішке дизайнмен қолғаптар жақсы тактильді қамтамасыз етеді және хирургқа микрохирургиялық операцияларды жақсырақ орындауға көмектеседі. Қоңыр түсте шағылысқа қарсы жабын да бар. Кем дегенде 40 дана. - майлықтар жиынтығы: кем дегенде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, өлшемі кемінде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, кем дегенде 12 қабат дәкеден жасалған. Кем дегенде 10 дана. - майлықтар жиынтығы, өлшемі кемінде 50 мм дәке сіңіргіш шарлар. өлшемі кемінде 50х50 мм рентгендік контрастты емес шарлар дәкеден жасалған. Кемінде 10 дана. - майлықтар жиынтығы: рентгендік контрастты кемінде 45х45 см. Кем дегенде 2 дана. - инъекцияға арналған көлемі кемінде 20 мл Луер-Лок Шприц. Кемінде 1 дана. - сору түтігі (ұзындығы кемінде 350 см). Кем дегенде 1 дана. - № 11 тұтқасы жоқ Скальпель (пышақ). Кем дегенде 1 дана. - скальпель (пышақ) № 23 тұтқасы жоқ. Хирургиялық процедураларға арналған болат пышақтар, тұтқасы жоқ, пышақ көміртекті болаттан жасалған және тот баспайтын ыстыққа төзімді болаттан жасалған (Швед түрі). Көрініс # 23. Кем дегенде 3 дана. - көлемі кемінде 300 мл ыдыс көк. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 300 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 110 ± 1,5 мм, тостағанның биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 5 ± 1,5 мм. тостағанның ішкі бетінде сұйықтық көлемін дәл өлшеуге мүмкіндік беретін кемінде 50 мл және кемінде 25 мл қадаммен бітірудің кемінде екі нұсқасы қолданылады. Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 500 мл тостаған (көк). Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 500 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 128 ± 1,5 мм, жалпы биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 4 ± 1,5 мм.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат не бір жолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен және қолымен расталған хат; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17967629-1
Наименование конкурса:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83307211-ОК1
Наименование лота:	Комплект операционный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325050.900.000056
Наименование товара*:	Комплект операционный
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	40
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	57523.8
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2300952
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Не менее 1 шт. - Защитное покрытие размером не менее 15х250 см. Покрытие защитное для эндоскопической камеры одноразовое, размером не менее 15 ± 1 см на не менее 250 ± 3 см. Покрытие сделано из полипропилена толщиной не менее 40 микрон медицинского класса, прозрачный, антистатический. Само покрытие находится в свернутом состоянии в жестком, пластиковом кольце, белого цвета, которое держит форму «рукава». На краю покрытия имеется не менее одной клейкой полоски длиной не менее 20 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие для снимков квадратное не менее 120х120 см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной не менее 50 микрон. Ширина покрытия составляет не менее 120 ± 2 см, длина не менее 120 ± 2 см. Покрытие обладает не менее чем 2 положениями в собранном и растянутом виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет не менее 38 ± 3 см в ширину с растяжением до не менее 100 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и фиксации покрытия. Не менее 4 шт. - Простыня одноразовая размером не менее 100х100 см с клейким краем не менее 5 см. Простыня размером в длину не менее 100 см ± 5 см и в ширину не менее 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотностью не менее 53 грамм на м^2. Не менее чем двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытия не менее 100 см ± 5 см шириной не менее 5 см. Не менее 1 шт. - Простынь одноразовая размером не менее 190х340 см. Простыня одноразовая из SMS плотностью не менее 45 gsm (45 гр/м^2) как основа. Имеет внешние размеры не менее 190х340 см, прямоугольной формы, с прямоугольным отверстием: по центру не менее 20х34 см. Отверстие закрыто самоклеящейся пленкой и антиадгезивной бумагой для сохранения стерильности операционного поля. Отверстие оснащено мешком для сбора жидкости из PE плотностью не менее 56 gsm с не менее 2 сливными отверстиями и пластиковыми стержнями для жесткости стенок (PE плотностью не менее 56 gsm (56 гр/м^2) — полиэтиленовая плёнка — тонкий слой материи, изготовленный из полиэтилена, обладает такими свойствами, как эластичность, влагонепроницаемость, морозостойкость и гигиеничность). Простыня имеет не менее 3 фартуков для защиты медицинского персонала размерами не менее 134х80 см с завязками. SMS плотностью не менее 45 gsm (45 гр/м^2) представляет собой композитный нетканый материал, изготовленный из не менее чем двухслойного нетканого материала спанбонд и не менее чем однослойного нетканого материала, полученного методом экструзии с раздувом из расплава, что делает его слоистым продуктом, который называется нетканым материалом SMS (прядение с раздувом из расплава).Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, не менее 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол «гусь», размер покрытия: длина не менее 140 ± 2

	см, ширина не менее 80 ± 1,5 см. Покрытие сделано из не менее двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканого материала. Покрытие квадратной формы в виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту не менее 77 ± 1 см и в ширину не менее 61 ± 2 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: на стол не менее 137Х180 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия не менее 180 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см. Покрытие состоит из не менее двух слоев нетканого материала. Основной слой размером не менее 180 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см из полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м². Центральный слой размером не менее 180 ± 2 см на не менее 61 ± 1 см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытия имеется маркировка Table Cover 137х180 см. Не менее 1 шт. - Пластырь размером не менее 10х12 см. Защитная клейкая пленка, прозрачная, размером в длину не менее 12 см, в ширину не менее 10 см. Защитная пленка из полиуретана, клейкая часть из полиакрилата. Пленка обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. Не менее 2 шт. - Полотенце хирургическое синее. Полотенце размером в длину не менее 60 см ± 2 см, в ширину не менее 42 см ± 2 см, сделано из хлопка не менее 100% (или хлопок 100%). Не менее 2 шт. - Халат Усиленный XL . Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из не менее чем двух слоев — основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата не менее 85 грамм на м². Не менее чем четырехслойный нетканый материал SMMS плотностью не менее 45 грамм на м² плюс нетканый материал плотностью не менее 40 грамм на м². Размеры: ворот в длину не менее 22 см, передняя часть от линии горловины до низа не менее 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде не менее 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа не менее 148 см, длина рукава до верхней точки плеча не менее 84 см, ширина груди не менее 70 см, манжета не менее 7 см на не менее 5 см. Усиленная часть рукава составляет не менее 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди не менее 20 см. Длина усиленной части на груди не менее 80 см, ширина усиленной части в области груди не менее 50 см. Усиление проклеить по всему периметру. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и не менее двух целлюлозных салфеток для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL .Не менее 2 шт. - Перчатки: неопудренные (MICRO). Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером не менее 70 (7,0). Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, не более 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками.

	Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. Не менее 1 шт. - Перчатки: неопудренные (MICRO). Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером не менее 75 (7,5). Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, не более 50 мкг/дм^2. Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. Не менее 40 шт. - Набор салфеток: нерентгенконтрастные не менее 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные размером не менее 10х10 см, сделаны из марли не менее 12 слоев. Не менее 10 шт. - Набор салфеток, марлевые впитывающие шарики размером не менее 50 мм. Шарики нерентгеноконтрастные размером не менее 50х50 мм, сделаны из марли. Не менее 10 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные не менее 45х45 см. Не менее 2 шт. - Шприц объемом не менее 20 мл Луер-Лок для инъекций. Не менее 1 шт. - Трубка отсоса (длиной не менее 350 см). Не менее 1 шт. - Скальпель (лезвие) без ручки № 11. Не менее 1 шт. - Скальпель (лезвие) # 23 без ручки. Лезвия из стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточено из углеродистой стали и изготовлено из нержавеющей жаропрочной стали (типа шведской). Вид # 23. Не менее 3 шт. - Чаша объемом не менее 300 мл синяя. Чаша синяя объемом не менее 300 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 110 ± 1,5 мм, высота чаши не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 5 ± 1,5 мм. На внутренней поверхности чаши нанесены не менее двух вариантов градуировки с шагом не менее 50 мл и не менее 25 мл, позволяющие точно измерять объем жидкости. Не менее 1 шт. - Чаша объемом не менее 500 мл (синяя). Чаша синяя объемом не менее 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 128 ± 1,5 мм, общая высота не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 4 ± 1,5 мм.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Не менее 1 шт. - Защитное покрытие размером не менее 15х250 см. Покрытие защитное для эндоскопической камеры одноразовое, размером не менее 15 ± 1 см на не менее 250 ± 3 см. Покрытие сделано из полипропилена толщиной не менее 40 микрон медицинского класса, прозрачный, антистатический. Само покрытие находится в свернутом состоянии в жестком, пластиковом кольце, белого цвета, которое держит форму «рукава». На краю покрытия имеется не менее одной клейкой полоски длиной не менее 20 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие для снимков квадратное не менее 120х120 см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной не менее 50 микрон. Ширина покрытия составляет не менее 120 ± 2 см, длина не менее 120 ± 2 см. Покрытие обладает не менее чем 2 положениями в собранном и растянутом виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет не менее 38 ± 3 см в ширину с растяжением до не менее 100 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и фиксации покрытия. Не менее 4 шт. - Простыня одноразовая размером не менее 100х100 см с клейким краем не менее 5 см. Простыня размером в длину не менее 100 см ± 5 см и в ширину не менее 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотностью не менее 53 грамм на м^2. Не менее чем двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытия не менее 100 см ± 5 см шириной не менее 5 см. Не менее 1 шт. - Простынь одноразовая размером не менее 190х340 см. Простыня одноразовая из SMS плотностью не менее 45 gsm (45 гр/м^2) как основа. Имеет внешние размеры не менее 190х340 см, прямоугольной формы, с прямоугольным отверстием: по центру не менее 20х34 см. Отверстие закрыто самоклеящейся пленкой и антиадгезивной бумагой для сохранения стерильности операционного поля. Отверстие оснащено мешком для сбора жидкости из PE плотностью не менее 56 gsm с не менее 2 сливными отверстиями и пластиковыми стержнями для жесткости стенок (PE плотностью не менее 56 gsm (56 гр/м^2) — полиэтиленовая плёнка — тонкий слой материи, изготовленный из полиэтилена, обладает такими свойствами, как эластичность, влагонепроницаемость, морозостойкость и гигиеничность). Простыня имеет не менее 3 фартуков для защиты медицинского персонала размерами не менее 134х80 см с завязками. SMS плотностью не менее 45 gsm (45 гр/м^2) представляет собой композитный нетканый материал, изготовленный из не менее чем двухслойного нетканого материала спанбонд и не менее чем однослойного нетканого материала, полученного методом экструзии с раздувом из расплава, что делает его слоистым продуктом, который называется нетканым материалом SMS (прядение с раздувом из расплава).Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, не менее 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол «гусь», размер покрытия: длина не менее 140 ± 2

	см, ширина не менее 80 ± 1,5 см. Покрытие сделано из не менее двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканого материала. Покрытие квадратной формы в виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту не менее 77 ± 1 см и в ширину не менее 61 ± 2 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: на стол не менее 137Х180 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия не менее 180 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см. Покрытие состоит из не менее двух слоев нетканого материала. Основной слой размером не менее 180 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см из полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м². Центральный слой размером не менее 180 ± 2 см на не менее 61 ± 1 см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытия имеется маркировка Table Cover 137х180 см. Не менее 1 шт. - Пластырь размером не менее 10х12 см. Защитная клейкая пленка, прозрачная, размером в длину не менее 12 см, в ширину не менее 10 см. Защитная пленка из полиуретана, клейкая часть из полиакрилата. Пленка обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. Не менее 2 шт. - Полотенце хирургическое синее. Полотенце размером в длину не менее 60 см ± 2 см, в ширину не менее 42 см ± 2 см, сделано из хлопка не менее 100% (или хлопок 100%). Не менее 2 шт. - Халат Усиленный XL . Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из не менее чем двух слоев — основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата не менее 85 грамм на м². Не менее чем четырехслойный нетканый материал SMMS плотностью не менее 45 грамм на м² плюс нетканый материал плотностью не менее 40 грамм на м². Размеры: ворот в длину не менее 22 см, передняя часть от линии горловины до низа не менее 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде не менее 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа не менее 148 см, длина рукава до верхней точки плеча не менее 84 см, ширина груди не менее 70 см, манжета не менее 7 см на не менее 5 см. Усиленная часть рукава составляет не менее 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди не менее 20 см. Длина усиленной части на груди не менее 80 см, ширина усиленной части в области груди не менее 50 см. Усиление проклеить по всему периметру. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и не менее двух целлюлозных салфеток для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL .Не менее 2 шт. - Перчатки: неопудренные (MICRO). Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером не менее 70 (7,0). Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, не более 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками.

	Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. Не менее 1 шт. - Перчатки: неопудренные (MICRO). Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером не менее 75 (7,5). Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, не более 50 мкг/дм^2. Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. Не менее 40 шт. - Набор салфеток: нерентгенконтрастные не менее 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные размером не менее 10х10 см, сделаны из марли не менее 12 слоев. Не менее 10 шт. - Набор салфеток, марлевые впитывающие шарики размером не менее 50 мм. Шарики нерентгеноконтрастные размером не менее 50х50 мм, сделаны из марли. Не менее 10 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные не менее 45х45 см. Не менее 2 шт. - Шприц объемом не менее 20 мл Луер-Лок для инъекций. Не менее 1 шт. - Трубка отсоса (длиной не менее 350 см). Не менее 1 шт. - Скальпель (лезвие) без ручки № 11. Не менее 1 шт. - Скальпель (лезвие) # 23 без ручки. Лезвия из стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточено из углеродистой стали и изготовлено из нержавеющей жаропрочной стали (типа шведской). Вид # 23. Не менее 3 шт. - Чаша объемом не менее 300 мл синяя. Чаша синяя объемом не менее 300 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 110 ± 1,5 мм, высота чаши не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 5 ± 1,5 мм. На внутренней поверхности чаши нанесены не менее двух вариантов градуировки с шагом не менее 50 мл и не менее 25 мл, позволяющие точно измерять объем жидкости. Не менее 1 шт. - Чаша объемом не менее 500 мл (синяя). Чаша синяя объемом не менее 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 128 ± 1,5 мм, общая высота не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 4 ± 1,5 мм.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).