Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472364-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87326447-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Интродьюсер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инесі мен дилататоры бар трансрадиалды интродьюсер жинағы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: инемен және дилятормен толықтырылған трансрадиалды интродьюсер. 4, 5, 6, 7 FR диаметрін таңдау мүмкіндігі. Интродьюсерлердің ұзындығын таңдау мүмкіндігі: 7, 10 см. рентгендік контраст белгісі бар интродьюсерлерді таңдау мүмкіндігі. Интродьюсер диаметрінің түс кодтауын таңдау мүмкіндігі. ETFE-ден сыртқы қабаты бар екі қабатты қабырғаны таңдау мүмкіндігі. Жиынтықта дилататорды, гемостатикалық клапанды таңдау мүмкіндігі. Өздігінен ашылуына кедергі келтіретін дилататорда қорғаныс механизмінің болуы. Гидрофильді жабыны бар интродьюсерлерді таңдау мүмкіндігі. Жинақта инесі бар интродьюсерлердің болуы. Металл ине немесе катетер инесі бар интродьюсер жинағын таңдау мүмкіндігінің болуы. Педиатриялық жиынтықтарды таңдау мүмкіндігі. Дилататордың ұзындығы (мм): 125; 155. Тікелей Болат шағын өткізгіштің диаметрін таңдау мүмкіндігі: 0,018"""", 0,021"""", 0,025"""". Тікелей Болат шағын өткізгіштің ұзындығы 45 см.20g×35 мм ине (0,025"""" шағын өткізгіш үшін), 21G×35 мм ине (0,018"""" шағын өткізгіш үшін), 22G×35 мм ине (0,018""""шағын өткізгіш үшін). Көлемі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. 2. функционалдық сипаттамасы: диагностикалық және емдік эндоваскулярлық араласулар кезінде радиалды артерия арқылы тамырлы қол жетімділікті қамтамасыз етуге арналған. 3. сапалық сипаттамасы: медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жеке қаптамада: медициналық бұйымның атауы, мөлшері, серия (партия) нөмірі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, құрамы, ҚР тіркеу куәлігі көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: стерильді, бір рет қолданылатын. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472364-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87326447-ЗЦП1
Наименование лота:	Интродьюсер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Интродьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой и дилятатором
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: интродьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой и дилятатором. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров: 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого стального мини-проводника: 0,018"", 0,021"", 0,025"". Длина прямого стального мини-проводника - 45 см. Игла 20G×35 мм (для мини-проводника 0,025""), игла 21G×35 мм (для мини-проводника 0,018""), игла 22G×35 мм (для мини-проводника 0,018""). Размер - по заявке Заказчика. 2. функциональная характеристика: предназначен для обеспечения сосудистого доступа через лучевую артерию при проведении диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств. 3. качественная характеристика: медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, состав, регистрационное удостоверение РК. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: стерильный, одноразового использования. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!"