Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17691732-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Приобретение реагентов для платный |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88025624-ОИ2 |
| **Лоттың атауы :** | Реагенттер жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | энзиматикалық колориметриялық әдіспен холестерин концентрациясын анықтауға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Cobas-Integra Холестерин высокой плотности 350-кассета |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Cobas-Integra Холестерин высокой плотности 350-кассета Назначение In vitro тест для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы R1 TAPSOb) буфер: 62.1 ммоль/л, pH 7.77; полианион: 1.25 г/л; EMSE: 1.08 ммоль/л; аскорбат-оксидазы (тыквы): ≥ 50 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 166.7 мккат/л; детергент; BSA: 2.0 г/л; консервант R2 Бис-Трисс) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 6.70; холестерин-эстераза (микроорганизм): ≥ 7.5 мккат/л; холестерин-оксидаза (рекомбинантный E. coli): ≥ 7.17 мккат/л; холестерин-оксидаза (микроорганизм): ≥ 76.7 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 1.48 ммоль/л; BSA: 3.0 г/л; детергенты; консерван. готов к применению. Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17691732-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение реагентов для платный |
| **Номер лота:** | № 88025624-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Набор реагентов |
| **Описание лота:** | для определения концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом |
| **Дополнительное описание лота:** | Cobas-Integra Холестерин высокой плотности 350-кассета |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72 |
| **Срок поставки:** | до 31 декабря по заявке |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Cobas-Integra Холестерин высокой плотности 350-кассета Назначение In vitro тест для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы R1 TAPSOb) буфер: 62.1 ммоль/л, pH 7.77; полианион: 1.25 г/л; EMSE: 1.08 ммоль/л; аскорбат-оксидазы (тыквы): ≥ 50 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 166.7 мккат/л; детергент; BSA: 2.0 г/л; консервант R2 Бис-Трисс) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 6.70; холестерин-эстераза (микроорганизм): ≥ 7.5 мккат/л; холестерин-оксидаза (рекомбинантный E. coli): ≥ 7.17 мккат/л; холестерин-оксидаза (микроорганизм): ≥ 76.7 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 1.48 ммоль/л; BSA: 3.0 г/л; детергенты; консерван. готов к применению. Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель. |