Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82815398-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нейроваскулярлық сымды өткізгіш (микроөткізгіш)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Нейроваскулярлық өткізгіш сым (микросым) Саны: 4 дана Сым түріндегі нейроваскулярлық өткізгіш (микросым). Диаметрі мен ұзындығы: 0,008 дюйм – ұзындығы 200 см, 300 см. 0,014 дюйм – ұзындығы 200 см. 0,018 дюйм – ұзындығы 200 см, 300 см. Рентгенконтрастты бөлігінің ұзындығы: 3 см, 5 см, 9 см. Өзекшесінің материалы: болат. Өткізгіш сымның дистальды бөлігі басқарылуды, айналу қозғалысын беруді және атравматикалық өтуді қамтамасыз ететін спиральды конструкцияға ие болуы тиіс. Өзекше түрі: конустық. Өрімінің ұзындығы: 9 см, 30 см, 34 см. Дистальды ұшының нұсқалары: Түзу. 90° микроқалыптау. 25° микроқалыптау. Дистальды бөлігінің жабын нұсқалары: ұзындығы кемінде 170 см гидрофильді жабын. Проксимальды бөлігінің жабыны: ұзындығы 300 см болатын нұсқаларда PTFE жабыны. Ұзындығын кемінде 165 см-ге ұзарту мүмкіндігі болуы тиіс. Дистальды бөлігі полимерлі жабынмен қапталған модельдері болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 82815398-ЗЦП1
Наименование лота:	Проводник
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Проводник (микропроводник) нейроваскулярный проволочный
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Проводник (микропроводник) нейроваскулярный Количество: 4 шт. Проводник (микропроводник) нейроваскулярный проволочный. Диаметр и длина: 0.008" (длина 200, 300 см) , 0.014"" (длина 200 см), 0.018" (длина 200, 300 см). Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Дистальная часть проводника должна иметь спиральную конструкцию, обеспечивающую управляемость, передачу вращения и атравматичное прохождение. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см. Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90°, 25°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см- PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной части. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.