Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999323-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87377790-3ЦП1
Лоттың атауы:	Төсек
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Матрас. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы , Тұран д-лы 34/1;
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1.Негізгі сипаттамалары: Функционалдық медициналық кереуеттерге арналған, компрессоры бар, қарқынды терапия бөлімшесінде пайдалануға жарамды, керек-жарақтарымен бірге жеткізілетін қысымды жеңілдететін матрас. Матрастың конструкциясы дербес модульдерге бөлінген «cell-in-cell» жүйесіндегі ауа жастықшаларынан тұрады. Матрас модульдері ұяшықтардан тұрады. Ұяшықтардың жалпы саны — 20 дана. Матраста нөлдік қысымды ұяшығы бар 20 ұяшықты жүйе қолданылады. Матрастың бөліктері нейлон жабыны бар полиуретан негізіндегі ауа өткізбейтін және су өткізбейтін материалдан жасалған, 95°C температурада жууға болатын қорғаныш қаппен қапталған. Қап периметрі бойынша қорғаныш клапаны бар, 360° ашылатын сыдырмамен жабдықталған. Матрас конструкциясында оны кереуетке бекіту кезінде сырғып кетуіне жол бермейтін қосымша бұрыштық бекіту белдіктері қарастырылған. Матраста келесі жұмыс режимдері көзделген: автоматты, алма-кезек қысым беру, статикалық және тұрақты төмен қысым режимі. Алма-кезек қысым беру режиміндегі цикл уақыты 5/10/20 минут болуы тиіс. Қысымды реттеу диапазоны — 25–94 mmHg. Статикалық режим матрасты барынша үрлеу және 30 минут бойы тұрақты бетті қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастырады. Тұрақты төмен қысым режимі матрастағы қысымды таңдалған деңгейде ұстап тұрады. Матраста матрастың орналасу қалпындағы өзгерістерді бақылайтын және пациент кресло қалпында болған кезде де ұяшықтардағы қысымды тиімді бөлуге мүмкіндік беретін кіріктірілген электрондық жүйе қолданылады. Оңтайлы қорғанысты қамтамасыз ету үшін жүйе пациенттің салмағы мен орналасу қалпына қарай қысымды реттейді. Матраста жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу кезінде барлық ұяшықтардан ауаны шұғыл шығаруға арналған режим қарастырылған. Шұғыл ауаны шығару басқару блогынан пневматикалық жалғағышты ажырату арқылы жүзеге асырылады. Ауа ағынының жылдамдығы — 8 л/мин. Пациенттерді матраста тасымалдау үшін электр қуаты ажыратылған кезде де тұрақты қысымды қамтамасыз ететін тасымалдау режимі қарастырылған. Басқару компрессорлық басқару блогы арқылы жүзеге асырылады. Басқару блогында матрасты іске қосу түймесі, жұмыс режимі мен қысымды реттегіш, қысым режимін таңдау түймесі, жүйелік қате индикаторы және таңдалған режим индикаторлары көзделген. Матрас дыбыстық және визуалды дабыл жүйесімен, жылдам ажыратылатын қолмен басқарылатын CPR клапанымен жабдықталған. Конструкцияның зақымдалған бөліктерін мамандандырылған сервистік инженерлерді тартпайақ, ұяшықтарды ауыстыру арқылы оңай ауыстыру мүмкіндігі қарастырылған. Ең жоғары рұқсат етілген жұмыс жүктемесі кемінде 220 кг болуы тиіс. Матрастың өлшемдері 2000 × 900 × 200 мм-ден аспауы тиіс. Матрастың салмағы 7 кг-нан аспауы тиіс. Басқару блогының өлшемдері 170 × 260 × 125 мм-ден аспауы тиіс. Басқару блогының салмағы 3,5 кг-нан аспауы тиіс. Матрас жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамасында болуы тиіс. Кепілдік мерзімі — 24 ай. Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім берілгеннен кейін күнтізбелік 20 күн ішінде, ал егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізімінде болған жағдайда, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кем болмайды. Жеткізетін орын: Жертөле қабаты, негізі қойма.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999323-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 87377790-ЗЦП1
Наименование лота:	Кровать
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Матрас. Согласно технической спецификации Заказчика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, пр. Туран 34/1;
Срок поставки:	После подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.Основные характеристики: Противопролежневые матрасы с компрессором для функциональных медицинских кроватей, подходит для реанимационного отделения с принадлежностями. Конструкция матраца состоит из 20 ячеек, система «cellin-cell» воздушных подушек, разделенных на самостоятельные модули. Модули матраца состоят из ячеек. Общее количество ячеек 20 штук. В матраце используется 20-ячеечная система с ячейкой нулевого давления. Части матраца защищены воздухо- и водонепроницаемым чехлом из материала на основе полиуретана с нейлоновым покрытием, которую можно стирать при 95°, оснащенным застежкой-молнией на 360° с защитным клапаном по периметру. В конструкции матраца использованы дополнительные крепежные ремни по углам, препятствующие сползанию при креплении на кровати. В матраце предусмотрены следующие режимы работы: автоматический, альтернативный, статический и режим постоянно низкого давления. Время цикла в альтернативном режиме должно быть, 5/10/20 минут. Диапазон регулировки давления 25-94 mmHg. Статический режим предусматривает возможность максимального накачивания матраса и обеспечивать стабильную поверхность в течение 30 минут. Режим постоянно низкого давления поддерживает давление в матраце на выбранном уровне. В матраце используется встроенная электронная система, контролирующая изменения положения матраца и позволяющая эффективно распределять давление в ячейках даже в положении кресла. Для обеспечения оптимальной защиты система корректирует давление исходя из веса и положения пациента. В матраце предусмотрен режим проведения сердечно-легочной реанимации с экстренным сдуванием всех ячеек. Режим экстренного сдувания производится путем отключения пневматического штуцера от блока управления. Время потока воздуха 8 л/мин. Для транспортировки пациентов на матрасе предусмотрен транспортировочный режим, обеспечивающий постоянное давление при отключенном электропитания. Управление осуществляется с помощью управляющего компрессорного блока. На блоке управления предусмотрены следующие кнопки и индикаторы: кнопка включения работы матраса, регулятор режима и настройки давления, кнопка выбора режима давления, индикатор системной ошибки, индикаторы выбранного режима. В матрасе предусмотрена сигнализация звуковая и визуальная, быстросъемный ручной клапан CPR, легкая замена поврежденных частей конструкции без привлечения специализированных сервисных инженеров, посредством замены ячеек. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 220 кг. Размеры матраса, не более 2000 х 900 х 200 мм. Вес матраса, не более 7 кг. Размеры блока управления, не более 170 х 260 х 125 мм. Вес блока управления, не более 3,5 кг. Матрас должен быть новым и не использованным, в заводской упаковке. Гарантийный срок 24 месяца. Срок поставки: после подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. Место поставки: Цокольный этаж. Основной склад.