Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009196-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық жабдықтар мен материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88568450-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Зертханалық ілмек
Лоттың сипаттауы:	бактериологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	петля для микробиологии
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Республика 56/1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Көп рет қолданылатын металл микробиологиялық ілмек. Мақсаты: микробиологиялық материалдың аз мөлшерін алу, тасымалдау және қоректік ортаға себу. Техникалық сипаттамалары: нихром сымнан жасалған жұмыс бөлігі бар бактериологиялық ілмек. Сақина диаметрі – 3 мм. Сақина тұйық, қылаусыз және ақаусыз. Зертханалық әрекеттерді ыңғайлы орындауға арналған ұстағышы бар. Құрылымы өндіруші нұсқаулығына сәйкес жұмыс бөлігін өңдеуге және стерильдеуге жарамды. Өлшем бірлігі – дана. Жиынтығы – ұстағышы бар 1 бактериологиялық ілмек. Жаңа, деформациясыз, сымы зақымсыз және бекіткіші берік.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009196-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для лаборатории
Номер лота:	№ 88568450-ЗЦП2
Наименование лота:	Петля лабораторная
Описание лота:	бактериологическая
Дополнительное описание лота:	петля для микробиологии
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Республика 56/1
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Петля для микробиологии металлическая, многоразовая. Назначение: Для отбора, переноса и посева небольшого количества микробиологического материала на питательные среды. Технические характеристики: Петля бактериологическая с рабочей частью из нихромовой проволоки. Диаметр кольца рабочей части - 3 мм. Кольцо должно быть замкнутым, без заусенцев и дефектов. Наличие держателя, обеспечивающего удобство выполнения лабораторных манипуляций. Конструкция должна допускать обработку и стерилизацию рабочей части согласно инструкции производителя. Единица измерения: штука. Упаковка / комплектация: 1 бактериологическая петля с держателем в сборе. Требования к качеству: Новая, без деформаций, повреждений проволоки и нарушения крепления рабочей части.