Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17575180-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттарда пайдаланылатын тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87133066-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Контейнер
Лоттың сипаттауы:	биологиялық материалдары бар талдамаларға арналған құтыларды тасымалдау үшін, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төсеу-полимерлі контейнер биологиялық материалдың сынамаларын пробиркаларда, құтыларда, талдауға арналған ыдыстарда тасымалдауға арналған. Төсеу биологиялық материалдың сыртқы факторлардың әсерінен сақталуын қамтамасыз етуі керек. Штатив саңылаулары Ø13-17 мм және биіктігі H=75-170 мм (цилиндрлік, биологиялық) түтіктерді орналастыруға арналған; конустық түтіктер, моноветтер, вакуумдық түтіктер; Ø8-11 мм және биіктігі H=40 мм түтіктер (микротүтікшелер). Штативтің диаметрі 18 және 11,2 мм болатын екі тесіктен құралған сегіздік пішінді аралас тесіктері болуы керек. Штативтің периметрі бойынша әріптік-сандық белгілер болуы керек. Төсеудің құрамдас бөліктері және оның құрамдас бөліктері (штатив, бокстар, құтыларға арналған кассета) барлық дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге, сондай-ақ 121°C температурада бу әдісімен зарарсыздандыруға - автоклавтауға төтеп беретін, соққыға төзімді химиялық төзімді пластиктен жасалуы тиіс. Төсеу тұтқалары тот баспайтын болаттан жасалған. Габариттік өлшемдері (410х350х215) (255)*)±30 мм (тұтқалары көтерілген)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Брусиловский көшесі 20
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төсеу-полимерлі контейнер биологиялық материалдың сынамаларын пробиркаларда, құтыларда, талдауға арналған ыдыстарда тасымалдауға арналған. Төсеу биологиялық материалдың сыртқы факторлардың әсерінен сақталуын қамтамасыз етуі керек. Штатив саңылаулары Ø13-17 мм және биіктігі H=75-170 мм (цилиндрлік, биологиялық) түтіктерді орналастыруға арналған; конустық түтіктер, моноветтер, вакуумдық түтіктер; Ø8-11 мм және биіктігі H=40 мм түтіктер (микротүтікшелер). Штативтің диаметрі 18 және 11,2 мм болатын екі тесіктен құралған сегіздік пішінді аралас тесіктері болуы керек. Штативтің периметрі бойынша әріптік-сандық белгілер болуы керек. Төсеудің құрамдас бөліктері және оның құрамдас бөліктері (штатив, бокстар, құтыларға арналған кассета) барлық дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге, сондай-ақ 121°C температурада бу әдісімен зарарсыздандыруға - автоклавтауға төтеп беретін, соққыға төзімді химиялық төзімді пластиктен жасалуы тиіс. Төсеу тұтқалары тот баспайтын болаттан жасалған. Габариттік өлшемдері (410х350х215) (255)*)±30 мм (тұтқалары көтерілген).Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17575180-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров, используемых в медицинских целях
Номер лота:	№ 87133066-ЗЦП6
Наименование лота:	Контейнер
Описание лота:	для транспортировки баночек для анализов с биологическим материалом, пластиковый
Дополнительное описание лота:	Укладка-контейнер полимерный предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка должна обеспечивать сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов. Отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм и высотой h=75-170 мм (цилиндрические, биологические); пробирки конические, моноветы, вакуумные пробирки; пробирки Ø8-11 мм и высотой h=40 мм (микропробирки). Штатив должен иметь комбинированные отверстия в форме восьмерок, образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. По периметру штатива должны быть буквенно-цифровые обозначения. Составные части укладки и ее комплектующие (штатив, боксы, кассета для флаконов) должны быть изготавлины из ударопрочного химически-стойкого пластика, выдерживающего обработку всеми дезинфицирующими средствами, а также стерилизацию паровым методом при температуре 121°С - автоклавирование. Ручки укладки выполнены из нержавеющей стали. Габаритные размеры (410х350х215) (255)*)±30 мм (с поднятыми ручками)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Брусиловского, 20
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Укладка-контейнер полимерный предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка должна обеспечивать сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов. Отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм и высотой h=75-170 мм (цилиндрические, биологические); пробирки конические, моноветы, вакуумные пробирки; пробирки Ø8-11 мм и высотой h=40 мм (микропробирки). Штатив должен иметь комбинированные отверстия в форме восьмерок, образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. По периметру штатива должны быть буквенно-цифровые обозначения. Составные части укладки и ее комплектующие (штатив, боксы, кассета для флаконов) должны быть изготавлины из ударопрочного химически-стойкого пластика, выдерживающего обработку всеми дезинфицирующими средствами, а также стерилизацию паровым методом при температуре 121°С - автоклавирование. Ручки укладки выполнены из нержавеющей стали. Габаритные размеры (410х350х215) (255)*)±30 мм (с поднятыми ручками).Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.