Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17495263-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87330390-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	мөлшерлеуіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Микробиологиялық зерттеулерге арналған, сүзгісі бар, бір рет қолданылатын пластик пипетка ұштықтары (0–200 мкл). 1000 даналық қаптама.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: микробиологиялық зерттеулер үшін зертханалық сападағы бастапқы полипропиленнен жасалған 0-200 мкл диапазонындағы диспенсерлерге арналған сүзгісі бар бір реттік пластиктен жасалған кеңестер. Буып - түю-қаптамада 1000 дана. 2. функционалдық сипаттамасы: тиісті диапазондағы Автоматты диспенсерлермен пайдалануға арналған. 3. сапа сипаттамасы: кеңестер мөлдір немесе табиғи түсті болуы керек, сүзгісі бар, әмбебап түрі, 0-200 мкл диапазонындағы стандартты диспенсерлердің көпшілігімен үйлесімді. Адамның анықталатын ДНҚ-сы жоқ, пирогенді емес немесе эндотоксиндердің расталған деңгейі төмен ДНҚ мен РНҚ-дан бос болуы керек. Құрамында латекс және зерттеу нәтижелеріне әсер ететін заттар болмауы керек. Өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында атауы, партия нөмірі, шығарылған күні,жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары көрсетілген. Өнімдерде көрінетін ақаулар болмауы керек. Таңбалау және қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. 4. пайдалану сипаттамасы: кеңестер диспенсермен герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі керек, 121 °C температурада автоклавтауға төтеп беруі керек, тиісті диапазондағы зертханалық жабдықтармен үйлесімді болуы керек. Сақтау, тасымалдау және қолдану шарттары-өндірушінің нұсқауларына сәйкес. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен міндетті келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17495263-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87330390-ЗЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	для дозатора
Дополнительное описание лота:	Наконечники, одноразовые пластиковые с фильтром для микробиологических исследований 0-200 мкл. Упаковка №1000 штук.
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: наконечники одноразовые пластиковые с фильтром для дозаторов диапазона 0-200 мкл, изготовлены из первичного полипропилена лабораторного качества, для микробиологических исследований. Фасовка - 1000 штук в упаковке. 2. функциональная характеристика: предназначены для использования с автоматическими дозаторами соответствующего диапазона. 3. качественная характеристика: наконечники должны быть прозрачными или естественного цвета, с фильтром, универсального типа, совместимыми с большинством стандартных дозаторов диапазона 0-200 мкл. Должны быть свободны от ДНКаз и РНКаз, без детектируемой ДНК человека, апирогенные либо с подтверждённым низким уровнем эндотоксинов. Не должны содержать латекс и вещества, влияющие на результаты исследований. Поставляются в оригинальной упаковке производителя с указанием наименования, номера партии, даты производства, срока годности и условий хранения. Изделия не должны иметь видимых дефектов. Маркировка и инструкция по применению - на государственном и русском языках. 4. эксплуатационная характеристика: наконечники должны обеспечивать герметичное соединение с дозатором, выдерживать автоклавирование при температуре 121 °С, быть совместимыми с лабораторным оборудованием соответствующего диапазона. Условия хранения, транспортировки и применения - согласно инструкции производителя. Перед поставкой обязательное согласование с Заказчиком."