Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17734257-1
Сатып алудың атауы:	Құрамдас бөлшектер мен құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88122259-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Штангенциркуль
Лоттың сипаттауы:	ШЦТ-I
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тереңдігі жоқ штангенциркуль 250 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 166-89. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Механикалық штангенциркуль (нониус).Тереңдігі жоқ түрі. Өлшеу диапазоны: 0-250 мм-ден кем емес 0-300 мм-ден аспайды. нониус бойынша санау мәні: 0,02 мм-ден кем емес 0,05 мм-ден аспайды. ±0,05-тен ±0,1 мм-ге дейінгі қателік. дизайн: губкалардың екі жақты орналасуы (ШЦ-II үшін). Өлшем мен құлыптау бұрандасын дәл орнату үшін микрометрлік беріліс қорабының болуы. Тартылатын тереңдік өлшегіш жоқ.Материал: нониус шкаласының жарқылға қарсы хроммен қапталған аспаптық немесе тот баспайтын болат.Жабдық: қатты пластиктен немесе ағаштан жасалған сақтау қорабында келеді. Өлшем бірлігі-дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17734257-1
Наименование закупки:	Закуп комплектующих и строительных материалов
Номер лота:	№ 88122259-ЗЦП1
Наименование лота:	Штангенциркуль
Описание лота:	ШЦТ-I
Дополнительное описание лота:	Штангенциркуль без глубиномера 250мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр улица Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 166-89. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2025. Гарантийный срок (в месяцах)12. Штангенциркуль механический (нониусный).Тип без глубиномера. Диапазон измерений: не менее 0–250 мм не более 0–300 мм.Значение отсчета по нониусу: не менее 0,02 мм не более 0,05 мм. Погрешность от ±0,05 до ±0,1 мм. Конструкция: Двустороннее расположение губок (для ШЦ-II). Наличие рамки с микрометрической подачей для точной установки размера и стопорного винта. Выдвижной стержень-глубиномер отсутствует.Материал: Инструментальная или нержавеющая сталь с антибликовым хромовым покрытием шкалы нониуса.Комплектация: Поставляется в жестком пластиковом или деревянном футляре для хранения. Единица измерения - Штука.