Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986336-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88746734-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Психометриялық Гигрометр
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Психометриялық Вит-2 гигрометрі Вит-2 гигрометрін таңдауға арналған ақпарат Психометриялық ВИТ-2 гигрометрі +15-тен +40 °С-қа дейінгі температуралық диапазоны бар бөлмелердегі ауа температурасы мен салыстырмалы ылғалдылықты өлшеуге арналған құрал болып табылады, құрал зертханаларда, өндірістік үй-жайларда, қоймаларда, жылыжайларда, медициналық мекемелерде және санитарлық бақылау объектілерінде микроклиматты бақылау үшін қолданылады. ВИТ-2 Жұмыс температурасы Вит-1 гигрометр диапазонынан жоғары болған жағдайда қолданылады. Психометриялық өлшеу әдісі ауаның ылғалдылығын анықтаудың классикалық анықтамалық әдісі болып саналады және электронды ылғалдылық датчиктерін бақылау және тексеру үшін қолданылады. _____ Жиі қойылатын сұрақтар Вит-2 гигрометрі нені өлшейді Гигрометр құрғақ және дымқыл термометрлерді психрометриялық салыстыру арқылы ауа температурасы мен салыстырмалы ылғалдылықты өлшейді. ВИТ-2 мен ВИТ-1 арасындағы айырмашылық неде ВИТ - 2 жоғары ауа температурасына арналған. ВИТ-2 жұмыс диапазоны +15...+40 °С, ал ВИТ-1 төмен температурада қолданылады. Қуат көзі қажет пе Құрылғы Қуат, Батарея немесе желіге қосылуды қажет етпейді. Бақылау құралы ретінде пайдалануға бола ма Психрометриялық гигрометрлер электронды ауа ылғалдылығын өлшегіштердің көрсеткіштерін тексеру үшін қолданылады. ВИТ-2 қайда қолданылады Құрылғы зертханаларда, өндірісте, қоймаларда, жылыжай шаруашылықтарында, медициналық мекемелерде және микроклиматты бақылау жүйелерінде қолданылады. _____ Вит-2 гигрометрі кімге сәйкес келеді санитарлық бақылау ұйымдарына зертханалар мен ҒЗИ өндірістік кәсіпорындарға қойма кешендеріне агроөнеркәсіптік объектілерге экологиялық қызметтерге білім беру мекемелеріне _____ Гигрометрді қалай таңдауға болады Егер бөлменің температурасы 0...+25 °С диапазонында болса-ВИТ-1 қолданылады. Егер бөлменің температурасы +15...+40 °С диапазонында болса-ВИТ-2 қолданылады. _____ Қосымша ақпарат Вит-2 гигрометрі-электронды компоненттері жоқ ауа температурасы мен ылғалдылығын бақылаудың қабырғаға орнатылған психрометриялық құралы. Үй-жайлардың микроклиматын ұзақ мерзімді бақылау және қоршаған орта жағдайларын бақылау үшін қолданылады. ГОСТ 28498-90

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986336-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88746734-3ЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психометрический
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилова №115А
Срок поставки:	После заключение договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Информация для подбора гигрометра ВИТ-2 Гигрометр психрометрический ВИТ-2 является прибором для измерения температуры воздуха и относительной влажности в помещениях с температурным диапазоном от +15 до +40 °C. Прибор применяется для контроля микроклимата в лабораториях, производственных помещениях, складах, теплицах, медицинских учреждениях и объектах санитарного контроля. ВИТ-2 используется в случаях, когда температура эксплуатации выше диапазона гигрометра ВИТ-1. Психрометрический метод измерения считается классическим эталонным способом определения влажности воздуха и применяется для контрольных измерений и проверки электронных датчиков влажности. _____ Часто задаваемые вопросы Что измеряет гигрометр ВИТ-2 Гигрометр измеряет температуру воздуха и относительную влажность методом психрометрического сравнения сухого и влажного термометров. Чем отличается ВИТ-2 от ВИТ-1 ВИТ-2 предназначен для более высоких температур воздуха. Рабочий диапазон ВИТ-2 составляет +15…+40 °C, тогда как ВИТ-1 применяется при более низких температурах. Нужен ли источник питания Прибор не требует питания, батареек или подключения к сети. Можно ли использовать как контрольный прибор Психрометрические гигрометры применяются для проверки показаний электронных измерителей влажности воздуха. Где применяется ВИТ-2 Прибор используется в лабораториях, производстве, складах, тепличных хозяйствах, медицинских учреждениях и системах мониторинга микроклимата. _____ Кому подходит гигрометр ВИТ-2 организациям санитарного контроля лабораториям и НИИ производственным предприятиям складским комплексам агропромышленным объектам экологическим службам образовательным учреждениям _____ Как выбрать гигрометр Если температура помещения находится в диапазоне 0…+25 °C — используется ВИТ-1. Если температура помещения находится в диапазоне +15…+40 °C — применяется ВИТ-2. _____ Дополнительная информация Гигрометр ВИТ-2 — настенный психрометрический прибор контроля температуры и влажности воздуха без электронных компонентов. Используется для долговременного мониторинга микроклимата помещений и

	контрольных измерений условий окружающей среды. ГОСТ 28498-90