Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17977187-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмкутерді жеткізілуімен сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88187339-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Психометрлік гигрометр, функциялары-экранды жарықтандыру, өлшеу-ауаның ылғалдылығы, температура, сыртқы сенсор-жоқ, түрі-гигрометр, өлшенетін материалдар-ауа Контактісіз ылғал өлшегіш-жоқ, Қосымша ақпарат - СКД экраны бар қара пластикалық корпустағы миниатюралық құрылғы. Ол панельге орнатылады, сенімді бекіту үшін арнайы ысырмалар бар. Құрылғы температура мен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған. Ылғалдылықты өлшеу шегі 5% дәлдікпен 10% - дан 100% - ға дейін. Температураны өлшеу шегі - + / - 1 градус дәлдікпен -50-ден 70 градусқа дейін, минималды өлшенетін температура -50 °C, максималды өлшенетін температура - 70 °C, минималды өлшенетін ылғалдылық (ауа) - 10%, максималды өлшенетін ылғалдылық (ауа) - 100%, тұтынушылармен келісу.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы.
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 календарлық күнге дейін жеткізіп беру
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Психометрлік гигрометр, функциялары-экранды жарықтандыру, өлшеу-ауаның ылғалдылығы, температура, сыртқы сенсор-жоқ, түрі-гигрометр, өлшенетін материалдар-ауа Контактісіз ылғал өлшегіш-жоқ, Қосымша ақпарат - СКД экраны бар қара пластикалық корпустағы миниатюралық құрылғы. Ол панельге орнатылады, сенімді бекіту үшін арнайы ысырмалар бар. Құрылғы температура мен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған. Ылғалдылықты өлшеу шегі 5% дәлдікпен 10% - дан 100% - ға дейін. Температураны өлшеу шегі - + / - 1 градус дәлдікпен -50-ден 70 градусқа дейін, минималды өлшенетін температура -50 °C, максималды өлшенетін температура - 70 °C, минималды өлшенетін ылғалдылық (ауа) - 10%, максималды өлшенетін ылғалдылық (ауа) - 100%, тұтынушылармен келісу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17977187-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров с доставкой
Номер лота:	№ 88187339-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психрометрический, функции - подсветка экрана, измерение - влажности воздуха, температуры, внешний датчик - нет, тип - гигрометр, измеряемые материалы - воздух Бесконтактный влагомер - нет, Дополнительная информация - Миниатюрный прибор в черном пластиковом корпусе с ЖК экраном. Устанавливается в панель, для надежного крепления имеются специальные защелки. Прибор предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Предел измерения влажности – от 10% до 100% с точностью до 5%. Предел измерения температуры – от -50 до 70 градусов с точностью +/- 1 градус, минимальная измеряемая температура -50 °С, максимальная измеряемая температура - 70 °С, Минимальная измеряемая влажность (воздух) - 10%, Максимальная измеряемая влажность (воздух) - 100%, соглосовать с заказчикам.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Республики Казақстан, Туркестанская область, город Туркестан.
Срок поставки:	поставка в течени 15 календарных дней после даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гигрометр психрометрический, функции - подсветка экрана, измерение - влажности воздуха, температуры, внешний датчик - нет, тип - гигрометр, измеряемые материалы - воздух Бесконтактный влагомер - нет, Дополнительная информация - Миниатюрный прибор в черном пластиковом корпусе с ЖК экраном. Устанавливается в панель, для надежного крепления имеются специальные защелки. Прибор предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Предел измерения влажности – от 10% до 100% с точностью до 5%. Предел измерения температуры – от -50 до 70 градусов с точностью +/- 1 градус, минимальная измеряемая температура -50 °С, максимальная измеряемая температура - 70 °С, Минимальная измеряемая влажность (воздух) - 10%, Максимальная измеряемая влажность (воздух) - 100%, соглосовать с заказчикам.