Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17691732-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025602-ОИ2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	энзиматикалық колориметриялық әдіспен холестерин концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra Холестерин низкой плотности 200-кассета
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra Холестерин низкой плотности 200-кассета. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты — рабочие растворы: R PIPESa)-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол: ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 3 %; холестеринэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестериноксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрен): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант a) PIPES = пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке кассеты cobas c. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 8 недель.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17691732-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025602-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra Холестерин низкой плотности 200-кассета
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra Холестерин низкой плотности 200-кассета. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты — рабочие растворы: R PIPESa)-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол: ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 3 %; холестеринэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестериноксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрен): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант а) PIPES = пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке кассеты cobas c. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 8 недель.