Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81760335-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған 0-10bar CL 1.0 IP65 Ø 100 G1/2 манометрі
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеу диапазоны: 0-ден кем емес, 10 бардан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны: -20°C кем емес +60°C артық емес (өлшенетін орта +150°C артық емес). Дәлдік класы: 1.5-тен төмен емес, 1.6-дан аспайды. Корпусты қорғау дәрежесі IP31-ден кем емес, IP40-тан аспайды. Бекіту жіптері: радиалды (төменнен) немесе аксиальды (артқы жағынан); диаметрі кемінде 1/4", 3/8" 1/2"аспайды. Корпустың диаметрі кемінде 40 мм, 50 мм, 63 мм 100 мм аспайды.Корпус: Болат, боялған немесе тот баспайтын болат немесе соққыға төзімді пластик. Механизм және фитинг: жез. Теру: алюминий(қара шкаласы бар ақ). Шыны: техникалық немесе акрил. ГОСТ 2405-88.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81760335-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр 0-10bar CL 1.0 IP65 Ø 100 G1/2 для РК
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диапазон измерений: не менее 0 не более 10 бар. Диапазон рабочих температур: не менее -20°С не более +60°С (измеряемая среда не более +150°С). Класс точности: не ниже 1.5 не более 1.6. Степень защиты корпуса не менее IP31 не более IP40. Присоединительная резьба: радиальная (снизу) или аксеальная (сзади); диаметр не менее 1/4'', 3/8'' не более 1/2''. Диаметр корпуса не менее 40 мм, 50 мм, 63 мм не более 100 мм. Корпус: сталь, окрашенная или нержавеющая сталь, либо ударопрочный пластик. Механизм и штуцер: латунь. Циферблат: алюминий (белый с черной шкалой). Стекло: техническое или акриловое. ГОСТ 2405-88.