Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17502946-1
Сатып алудың атауы:	Вирусология зертханасына арналған реагенттер (бюджеттен тыс)
Лоттың нөмірі:	№ 84232648-ОИ5
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	адамның қан сарысуындағы бруцеллез қоздырғышына G сыныптағы иммуноглобулинін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рубелла IgG. Қызамық вирусына G класты иммуноглобулиндерді сандық және сапалық иммуноферменттік анықтау үшін реагенттер жиынтығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі 70/2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рубелла-IgG. Қызамық вирусына қарсы G класты иммуноглобулиндерді ферментті сандық және сапалық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Анықтамалар саны-96 (12х8). "Қызамық вирусына G класты иммуноглобулиндерді ферментті иммуноглобулиндерді анықтауға арналған реагенттер жинағы. Бақылауды қоса алғанда 96 талдау жүргізуге қабылдау. Талдауды қолмен қою үшін жиынтықты бір жолақтан бөлшектеп пайдалану көзделеді, құрамына реактивтер, ферменттер, буферлік ерітінділер, сұйылтқыштар, калибраторлар, бақылау материалдары кіреді. Жабық пакеттегі Планшет. 2-8°С температурада сақталады, мұздатуға жол берілмейді. Шығару формасы: қорапқа салынған жиынтық түрінде. Сақтау шарттары: 8°С жоғары емес температурада сақтаңыз. тасымалдау: 25°с жоғары емес температурада 7 күнге дейін. Жарамдылық мерзімі, шығарылған күні, сериясы, партия нөмірі көрсетілген таңбалау болуы керек. Паспорттың болуы. Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауардың әрбір жиынтығы техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен және ҚР ДСМ сәйкестік сертификатымен түпнұсқада, мазмұнын мемлекеттік және орыс тілдеріне аударумен жабдықталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі тауарды өндіру күні кемінде 80 %. Екі тілде сапа сертификатының болуы"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17502946-1
Наименование закупки:	Реагенты для лаборатории вирусология (Внебюджет)
Номер лота:	№ 84232648-ОИ5
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного выявления иммуноглобулина класса G к возбудителю бруцеллеза в сыворотке крови человека
Дополнительное описание лота:	Рубелла IgG. Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, ул.Торайгырова 70/2
Срок поставки:	20 календарных дней по Заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубелла-IgG. Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Количество определений - 96 (12х8). "Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи, иммуноферментным анализом. Набор на проведение 96 анализов, включая контроли. Для ручной постановки анализа предусматривает дробное использование набора по одному стрипу, в состав входят реактивы, ферменты, буферные растворы, разбавители, калибраторы, контрольные материалы. Планшет в закрытом пакете. Хранится при температуре 2-8°С, замораживание не допускается. Форма выпуска: в виде комплекта, упакованного в коробку. Условия хранения: хранить при температуре не выше 8°С. Транспортировка: при температуре не выше 25°С до 7 суток. Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Наличие паспорта. Наличие инструкции к применению. Каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации и сертификат соответствия МЗ РК в оригинале, с переводом содержания на государственный и русский язык. Срок годности дата производства товара не менее 80 %. Наличие сертификата качества на двух языках"