Бекітемін
"КЖЭО" МКК директорының
[illegible] жөніндегі орынбасары-
[illegible]
[illegible] Атханов Н.А..
«03» 06 2026 г.

"КЖЭО" МКК өлшеу құралдарын тексеруге
2026 жылға арналған
Техникалық тапсырма

Өлшеу құралдарын тексеру тапсырыс берушінің өтінімі бойынша нормативтік-техникалық құжаттаманы өзектендіру және сынау жабдығын аттестациялау жөніндегі қызметтер тексеру туралы куәліктер (калибрлеу сертификаты,аттестациялау хаттамасы) беріле отырып жүзеге асырылады.

- Жылу техникалық шамаларды өлшеу құралдарын тексеру (қысым, разряд, Шығыс, деңгей, температура, зертханалық және эталондық өлшеу құралдары).
- Газ, су, жылу энергиясын есептегіштерді тексеру.
- Электротехникалық шамаларды өлшеу құралдарын тексеру (вольтметрлер, және эталондық өлшеу құралдары).
- Химиялық зертханалың өлшеу құралдарын тексеру (анализаторлар және газ анализаторлары т.б.).
- Орындаушы механикалық зақымдануды және ОҚ метрологиялық сипаттамаларының бұзылуын болдырмаңтын қаттаманы қолдану арқылы тасымалдау кезінде ОҚ сақталуын қамтамасыз етеді, Әрбір ОҚ бөлек оралған.
- Өлшеу құралдарын бөлшектеу мүмкін бөлмағы кезде немесе конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты тексеру жөніндегі қызметтер өлшеу құралдарын пайдалану орындарында көрсетілуі тиіс.
- Қызмет көрсету мерзімі 15 жұмыс күнінен аспауы керек
- Аспаптарды орындаушыға тексеруге беру және оларды қайтару объектінің аумағында жүзеге асырылады.
- Өлшеу құралдарын тасымалдау тексерушінің есебінен жүзеге асырылады.
- Тексеру нәтижесі өлшеу құралын жарамды деп табылса Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы "Тарлікті қамтамасыз ету туралы" заңына сәйкес тексеру туралы куәлікті (калибрлеу сертификатын, аттестаттау хаттамасын) немесе қолдануға жарамсыздығы туралы хабарлама берілелі.

МКК «КЖЭО» метрологы Аккенжеева Н.

Утверждаю:
Заместитель директора по производству-
Главный инженер ГКП «КТЭЦ»
_____ Сатханов Н.А.
_____2026 г.

Техническое задание
на поверку средств измерений ГКП «КТЭЦ»
на 2026 г.

Услуги по проведению поверки средств измерений, аттестации испытательного оборудования и актуализации нормативно-технической документации по заявкам Заказчика, с выдачей свидетельств о поверке (сертификата калибровки, протокола аттестации).

- Поверка средств измерений теплотехнических величин (давление, разряжение, расход, уровень, температура, лабораторные и эталонные средства измерений).
- Поверка счетчиков тепловой энергии.
- Поверка средств измерений электротехнических величин (вольтметры, лабораторные и эталонные средства измерений).
- Поверка средств измерений химической лаборатории (анализаторы, газоанализаторы др.).
- Исполнитель обеспечивает сохранность СИ при транспортировки путем применение упаковки исключающий механические повреждения и нарушение метрологических характеристик СИ. Каждое СИ упаковывается отдельно.
- При невозможности демонтажа средств измерений или в связи с конструктивными особенностями услуги по поверке должны оказываться на местах эксплуатации средств измерения.
- Срок выполнение услуг не должен превышать 5 рабочих дней.
- Передача приборов исполнителю на поверку и их возврат осуществляется на территории объекта.
- Транспортировка средств измерений осуществляется за счёт поверителя.
- Результатом поверки является признание средства измерений пригодным к применению или непригодным к применению с выдачей свидетельства о поверке (сертификата калибровки, протокол аттестации) согласно закону Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений».Или извещения о непригодности к применению.

Метролог ГКП «КТЭЦ» Аккенжеева Н.