Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88802445-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	құралдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MD SM 1 емдеу үстелі. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі: Жылжымалы медициналық емдеу үстелі. Құрылымы: Шаршы түтіктен жасалған металл жақтау. Түтік өлшемі: 20 x 20 мм. Рама жабыны: Эпоксидті ұнтақ жабыны, коррозияға қарсы. Тартпалар саны: 1. Сөрелер саны: 2. Сөре материалы: Тот баспайтын болат. Сөре қалыңдығы: кемінде 0,8 мм. Жалпы өлшемдері (биіктігі x ені x ені): 960 x 620 x 450 мм. Тартпаның максималды жүктемесі: кемінде 15 кг. Сөренің максималды жүктемесі: кемінде 10 кг. Дөңгелектер саны: 4. Дөңгелек материалы: Белгісіз резеңке. Дөңгелек диаметрі: 50 мм. Тежегіші бар дөңгелектер саны: кемінде 2 дана.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	MD SM 1 емдеу үстелі. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі: Жылжымалы медициналық емдеу үстелі. Құрылымы: Шаршы түтіктен жасалған металл жақтау. Түтік өлшемі: 20 x 20 мм. Рама жабыны: Эпоксидті ұнтақ жабыны, коррозияға қарсы. Тартпалар саны: 1. Сөрелер саны: 2. Сөре материалы: Тот баспайтын болат. Сөре қалыңдығы: кемінде 0,8 мм. Жалпы өлшемдері (биіктігі x ені x ені): 960 x 620 x 450 мм. Тартпаның максималды жүктемесі: кемінде 15 кг. Сөренің максималды жүктемесі: кемінде 10 кг. Дөңгелектер саны: 4. Дөңгелек материалы: Белгісіз резеңке. Дөңгелек диаметрі: 50 мм. Тежегіші бар дөңгелектер саны: кемінде 2 дана. / ГОСТ 16371-2014 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88802445-3ЦП1
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	инструментальный
Дополнительное описание лота:	Стол манипуляционный МД SM 1. Технические характеристики: Тип изделия — мобильный медицинский манипуляционный стол. Конструкция — металлический каркас из профильной трубы квадратного сечения. Размер профильной трубы — 20 × 20 мм. Покрытие каркаса — эпоксидно-порошковое, антикоррозионное. Количество выдвижных ящиков — 1 шт. Количество полок — 2 шт. Материал полок — нержавеющая сталь. Толщина материала полок — не менее 0,8 мм. Габаритные размеры (В × Ш × Г) — 960 × 620 × 450 мм. Максимальная нагрузка на ящик — не менее 15 кг. Максимальная нагрузка на каждую полку — не менее 10 кг. Количество колёс — 4 шт. Материал колёс — немаркая резина. Диаметр колёс — 50 мм. Количество колёс с тормозным механизмом — не менее 2 шт.
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стол манипуляционный МД SM 1. Технические характеристики: Тип изделия — мобильный медицинский манипуляционный стол. Конструкция — металлический каркас из профильной трубы квадратного сечения. Размер профильной трубы — 20 × 20 мм. Покрытие каркаса — эпоксидно-порошковое, антикоррозионное. Количество выдвижных ящиков — 1 шт. Количество полок — 2 шт. Материал полок — нержавеющая сталь. Толщина материала полок — не менее 0,8 мм. Габаритные размеры (В × Ш × Г) — 960 × 620 × 450 мм. Максимальная нагрузка на ящик — не менее 15 кг. Максимальная нагрузка на каждую полку — не менее 10 кг. Количество колёс — 4 шт. Материал колёс — немаркая резина. Диаметр колёс — 50 мм. Количество колёс с тормозным механизмом — не менее 2 шт. ГОСТ 16371-2014 Согласовать с заказчиком