Требования на проведение поверки резервуаров

Проведение поверки резервуаров согласно списка для хранения горюче-смазочных материалов (проверка точности номинально вмещаемого объема) выполняется согласно ГОСТ 8.346-2000.

Поверка подразумевает определение вместимости и градуировки резервуара, выдача сертификата поверки, составление и утверждение градуировочной таблицы и выполняется организациями национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридических лиц.

Применяемые основные и вспомогательные средства поверки должны соответствовать требованиям указанные в ГОСТ 8.346-2000

Поставщик услуг обязан иметь:

- Аттестат аккредитации поверочной лабораторий с областью аккредитации в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019;
- специалистов прошедших курсы повышения квалификации и аттестованных в качестве поверителя в установленном порядке, действующих согласно законодательства РК;
- Наличие у Исполнителя не менее 3-х квалифицированных специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ;
- Наличие Аттестата на право проведение работ в области промышленной безопасности;
- Наличие у специалистов Исполнителя свидетельств о допуске к работам на опасных производственных объектах и в области пожарной безопасности:

Для подтверждения необходимо предоставить копии следующих документов:

- Копию документа, подтверждающую прохождения обучения по промышленной безопасности в соответствии с Законом РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014г. № 188-V;
- Копию документа, подтверждающую прохождения обучения и проверку знаний в области пожарной безопасности;

Наличие у специалистов Исполнителя свидетельств о допуске к работам на опасных производственных объектах и в области пожарной безопасности;

Опыт работы по очистке емкостей - не менее 5 лет.

Заказчик предоставляет доступ к резервуару, для выполнения замеров и всю имеющуюся документацию на резервуар.

По окончании поверки результат оформить сертификатом о поверке по форме, установленной государственной метрологической службой. К сертификату приложить: протокол поверки, утвержденные градуировочные таблицы в установленном порядке согласно требований ГОСТ 8.346-2000.

Объем работ: РГС-10 куб.м в кол-ве 1 шт.

Сроки выполнения работ: 16 к.дн.

Место проведения работ: ГККП «Детский ясли – сад КЕЛЕШЕК»

Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, Проектируемая 156Г

Резервуарларды салыстырып тексеруді жүргізуге қойылатын талаптар

Жанар-жағармай материалдарын сақтауға арналған тізімдегі резервуарларды (номиналды сыйымдылық көлемінің дәлдігін тексеру) салыстырып тексеру ГОСТ 8.346-2000 стандартына сәйкес жүргізіледі.

Салыстырып тексеру жұмыстары резервуардың сыйымдылығын анықтауды және градуирлеуді, салыстырып тексеру сертификатын беруді, градуирлеу кестесін жасауды және бекітуді қамтиды. Аталған жұмыстар ұлттық (мемлекеттік) метрологиялық қызмет ұйымдарымен немесе заңды тұлғалардың салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген метрологиялық қызметтерімен орындалады.

Қолданылатын негізгі және қосалқы салыстырып тексеру құралдары ГОСТ 8.346-2000 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар:

- ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттеу саласы бар салыстырып тексеру зертханасының аккредиттеу аттестатының болуы;
- Біліктілікті арттыру курстарынан өткен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен салыстырып тексеруші ретінде аттестатталған мамандардың болуы;
- Жұмыстарды орындауға тартылатын кемінде 3 білікті маманның болуы;
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына берілген аттестаттың болуы;
- Орындаушы мамандарында қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеуге және өрт қауіпсіздігі саласында жұмыс жүргізуге рұқсат беретін куәліктердің болуы.

Растау үшін төмендегі құжаттардың көшірмелері ұсынылуы қажет:

- Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;
- Өрт қауіпсіздігі саласында оқудан өткенін және білімін тексеруден өткізгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
- Орындаушы мамандарының қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеуге және өрт қауіпсіздігі саласында жұмыс жүргізуге рұқсат беретін куәліктерінің болуы.

Сыйымдылықтарды тазалау бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Тапсырыс беруші өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін резервуарға қолжетімділікті және резервуарға қатысты қолда бар барлық құжаттаманы ұсынады.

Салыстырып тексеру жұмыстары аяқталғаннан кейін нәтиже мемлекеттік метрологиялық қызмет белгілеген нысан бойынша салыстырып тексеру сертификатымен рәсімделуі тиіс.

Сертификатқа төмендегі құжаттар қоса тіркелуі қажет:

- салыстырып тексеру хаттамасы;
- ГОСТ 8.346-2000 талаптарына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілген градуирлеу кестелері.

Жұмыс көлемі:

РГС-10 – 10 м³ көлеміндегі резервуар, саны – 1 дана.

Жұмысты орындау мерзімі: 16 күнтізбелік күн ішінде

Жұмысты орындау орны: Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек а., Жобаланған , 156г үй

Толықтырыңыз мерзімі мен орнынҚайталанатын талаптарды біріктіріңізҚұжаттарды ұсыну мерзімін қосыңыз