Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17885153-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82980745-3ЦП5
Лоттың атауы:	Жіп
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық, синтетикалық, зарарсыздандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хирургиялық тігістің сіңірілмейтін материалы (көк), шартты No2/0, ұзындығы см: 150, атравматикалық тесетін-кесетін инемен, ұзындығы мм: 22,0, қисықтық 1/2 С.
Саны, көлемі:	36
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: тігісті хирургиялық сіңірілмейтін материал (көк), шартты нөмір 2/0 (USP 2/0, М3), жіптің ұзындығы 150 см, ұзындығы 22,0 мм атравматикалық тесу-кесу инесі бар, қисықтық 1/2 шеңбер (½ С), тығыздағыштар жоқ. Жіп материалы: көк түсті изотактикалық полипропиленнен жасалған синтетикалық монофиламентті жіп. Матаның енуін жақсартатын силиконмен қапталған жоғары берік Тот баспайтын болаттан жасалған атравматикалық инелер. Жіп өндірісінде экструзия технологиясы қолданылады. Жіп минималды пластикалық жадқа ие, қолдануға ыңғайлы, беріктігі жоғары. Жіптің айрықша ерекшелігі-маталар арқылы атравматикалық өтуді қамтамасыз ететін белгілі аналогтардан асып түсетін жоғары сырғу қабілеті. 2. функционалдық сипаттамасы: әртүрлі хирургиялық әдістерді, әсіресе парашют техникасын орындау үшін қолданылады. 3. сапалық сипаттама: жіп жоғары беріктікке, минималды пластикалық есте сақтау қасиетіне және тіндер арқылы оңай өтуін қамтамасыз ететін жақсы сырғанау қасиеттеріне ие. Материал химиялық инертті және биологиялық ортада тұрақты. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Жеке қаптамада мына мәліметтер көрсетілуі тиіс: медициналық бұйымның атауы, өлшемі, серия нөмірі (партиясы), өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы және елі, тіркеу куәлігі, құрамы. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. эксплуатациялық сипаттама: бұйым стерильді, бір реттік қолдануға арналған. Стерилизация - этиленоксидпен. Жеке екі қабатты қаптама стерильділікті қамтамасыз етеді және жіптің ширатылып кетуін болдырмайды. Стерильділікті сақтау мерзімі - өндірілген күннен бастап кемінде 5 жыл. Қаптама инеге ыңғайлы қолжетімділікті қамтамасыз етеді және бұйымның таңбалануын қамтиды. Құжаттар: тіркеу куәлігі және өнімнің сәйкестік сертификаты. Жөнелту алдында: тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17885153-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82980745-3ЦП5
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	хирургическая, синтетическая, стерильная
Дополнительное описание лота:	Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 2/0, длиной см: 150, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 22.0, кривизной 1/2 С.
Количество:	36
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий), условный номер 2/0 (USP 2/0, M3), длина нити 150 см, с атравматической колюще-режущей иглой длиной 22,0 мм, кривизна 1/2 окружности (½ С), без прокладок. Материал нити: синтетическая монофиламентная нить из изотактического полипропилена синего цвета. Иглы атравматические из высокопрочной нержавеющей стали с силиконовым покрытием, улучшающим пенетрацию тканей. При изготовлении нити применяется технология экструзии. Нить обладает минимальной пластической памятью, удобна в использовании, отличается высокой прочностью. Отличительной особенностью нити является высокая способность к скольжению, превосходящая известные аналоги, что обеспечивает атравматичное прохождение через ткани. 2. функциональная характеристика: используется для выполнения различных хирургических техник, особенно для парашютной техники. 3. качественная характеристика: нить обладает высокой прочностью, минимальной пластической памятью и хорошими скользящими свойствами, обеспечивающими легкое прохождение через ткани. Материал химически инертен и устойчив в биологических средах. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение, состав. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: изделие стерильное, однократного применения. Стерилизация - этиленоксидом. Индивидуальная двойная упаковка обеспечивает стерильность и предотвращает скручивание нити. Срок сохранения стерильности - не менее 5 лет с даты изготовления. Упаковка обеспечивает удобный доступ к игле и содержит маркировку изделия. Документы: регистрационное удостоверение и сертификат соответствия продукции. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."