Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17471716-1
Сатып алудың атауы:	Зертханаға арналған химиялық ыдыстар мен материалдар (ИГиНД) қайталау
Лоттың нөмірі:	№ 87327270-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	хроматограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хроматограмма (қағаз) (ИГиНД)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчева 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Хроматограмма (қағаз) Тығыздығы (ауданына шаққандағы массасы): қолданылу мақсатына және бөлінетін үлгінің массасына байланысты 85–180 г/м². Қалыңдығы: 0,05–0,93 мм (стандартты түрлері шамамен 0,18–0,34 мм). Капиллярлық сіңіру жылдамдығы: 30 минут ішінде 55–250 мм (еріткіштің жылжуының жоғары немесе төмен жылдамдығы). Целлюлоза тазалығы: талданатын заттармен жанама реакциялардың алдын алу үшін күлділігі 0,04–0,1%-дан төмен. Тасымалдау дайындаушы зауыттың тасымалдау шарттарын (суық тізбегі, герметикалығы және т.б.) сақтау жөніндегі талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Қызмет көрсету орны: Алматы қ., Сәтбаев көшесі 22 (Бас оқу ғимараты). Техникалық сипаттама бойынша сұрақтар үшін байланыс телефоны: 87078987583, Бошимова Жанат

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17471716-1
Наименование закупки:	Химическая посуда и материалы для лаборатории (ИГиНД) повтор
Номер лота:	№ 87327270-ЗЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для хроматографа
Дополнительное описание лота:	Хроматограмма (бумажная) (ИГиНД)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Тютчева 22
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Хроматограмма (бумажная) Плотность (вес): от 85 до 180 г/м² в зависимости от назначения и массы разделяемой пробы. Толщина: от 0,05 до 0,93 мм (стандартные типы около 0,18–0,34 мм). Скорость капиллярного впитывания: от 55 до 250 мм за 30 минут (высокая или низкая скорость движения растворителя). Чистота целлюлозы: содержание золы менее 0,04–0,1% для предотвращения побочных химических реакций с анализируемыми веществами Транспортировка должна проводиться в соответствиях с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.) Адрес доставки: г. Алматы, Сатпаева 22 (Главный учебный корпус). По вопросам технической спецификации обращаться по номеру телефона: 87078987583 Бошимова Жанат.