Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009012-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82682968-ОИЗ
Лоттың атауы:	Жіп
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық, синтетикалық, зарарсыздандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Изотактикалық полипропилен монофиламентінен жасалған сіңірілмейтін хирургиялық жіп, USP 3/0, ұзындығы 18 мм екі шаншитын инесі бар
Саны, көлемі:	140
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Хирургиялық жіп синтетикалық, сіңірілмейтін, изотактикалық полипропилен монофиламентінен жасалған, хирургиялық тігістер салуға және хирургиялық араласулар кезінде тіндерді біріктіруге арналған болуы керек. Жіп материалы: изотактикалық полипропилен. Жіптің құрылымы: монофиламентті. Жіп түрі: синтетикалық, сіңірілмейтін. Жіптің түсі: операциялық өрісте көрінуді жақсарту үшін мыс фталоцианинмен боялған боялмаған немесе көк. Жіп өлшемі: метрикалық өлшемі 2, USP 3/0. Жіптің ұзындығы: кем дегенде 90 см. Инелер саны: 2 дана. Инелер түрі: атравматикалық, пышақтау. Инелердің Ұзындығы: 18 мм. Инелердің қисаюы: шеңбердің 1/2 бөлігі. Инелердің пішіні: дөңгелек, матаға дәл енуді қамтамасыз ететін дәл конустық қайрау. Ине материалы: 300 сериялы жоғары сапалы хирургиялық тот баспайтын болат. Инені жабу: силикон, маталар арқылы тегіс өтуді қамтамасыз етеді және тесу кезінде қарсылықты азайтады. Инелер ине ұстағышқа сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек, пайдаланған кезде жеткілікті беріктік пен деформацияға төзімділікке ие болуы керек. Жіптің инелермен байланысы атравматикалық болуы керек, жіптің құрылымына зақым келтірместен сенімді бекітуді қамтамасыз етеді. Тауар МЕМСТ 31620-2012 "тігісті хирургиялық материалдар. Жалпы техникалық талаптар. Қолданылатын бөліктегі "сынақ әдістері"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009012-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 82682968-ОИЗ
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	хирургическая, синтетическая, стерильная
Дополнительное описание лота:	Нить хирургическая нерассасывающаяся из изотактического полипропиленового монофиламента USP 3/0 две иглы колющая 18 мм.
Количество:	140
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Хирургическая нить должна быть синтетической, нерассасывающейся, изготовленной из изотактического полипропиленового монофиламента, предназначенной для наложения хирургических швов и соединения тканей при проведении оперативных вмешательств. Материал нити: изотактический полипропилен. Структура нити: монофиламентная. Тип нити: синтетическая, нерассасывающаяся. Цвет нити: неокрашенная или синяя, окрашенная медным фталоцианином для повышения видимости в операционном поле. Размер нити: метрический размер 2, USP 3/0. Длина нити: не менее 90 см. Количество игл: 2 штуки. Тип игл: атравматические, колющие. Длина игл: 18 мм. Кривизна игл: 1/2 окружности. Форма игл: круглая, с прецизионной конической заточкой, обеспечивающей точное проникновение в ткани. Материал игл: высококачественная хирургическая нержавеющая сталь серии 300. Покрытие игл: силиконовое, обеспечивающее плавное прохождение через ткани и снижение сопротивления при прокалывании. Иглы должны обеспечивать надёжную фиксацию в иглодержателе, обладать достаточной прочностью и устойчивостью к деформации при использовании. Соединение нити с иглами должно быть атравматичным, обеспечивать надёжное крепление без повреждения структуры нити. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31620-2012 „Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний“ в применимой части