Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17483678-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83076770-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Мамандандырылған электрод
Лоттың сипаттауы:	электрокардиограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пациенттін қайтару электроды
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: ligasure аппараты үшін пациенттің қайтарылатын (бейтарап) электроды, екі секциялы, кабелі бар, бір реттік пайдалану. Гидрогельмен бір рет қолданылатын REM диффузиялық электрод. Жиынтықта электрохирургиялық коагуляторлармен жұмыс істеуге арналған коннектормен жабдықталған ұзындығы 2,7 м кабель бар. Тапсырыс берушіде қолданылатын электрохирургиялық генераторлармен үйлесімді. 2. функционалдық сипаттамасы: электрохирургиялық араласулар жүргізу кезінде пациенттен электр тогының қауіпсіз ағуын қамтамасыз етуге арналған. Токтың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді және тіндердің термиялық зақымдану қаупін азайтады. 3. сапалық сипаттамасы: электродтың периметрі бойынша гипоаллергенді желім қолданылады. Электродтың орталық бөлігінде өткізгіш жабысқақ гидрогель қолданылады. Науқастың терісіне сенімді бекітуді және тұрақты электр байланысын қамтамасыз етеді. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жеке қаптамада: медициналық бұйымның атауы, мөлшері, сериясының (партиясының) нөмірі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, тіркеу куәлігі, құрамы көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: дене салмағы 13,6 кг-нан асатын науқастар үшін. кабельдің ұзындығы: 2,7 м. бір реттік пайдалану. Қаптама: 50 дана. Тасымалдау және сақтау шарттары-өндірушінің нұсқауларына сәйкес. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен міндетті келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17483678-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 83076770-ЗЦП1
Наименование лота:	Электрод специализированный
Описание лота:	для электрокардиографа
Дополнительное описание лота:	Возвратный электрод пациента
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: возвратный (нейтральный) электрод пациента для имеющегося аппарата LigaSure, двухсекционный, с кабелем, одноразового использования. Одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем. В комплекте кабель длиной 2,7 м, снабжённый разъёмом для работы с электрохирургическими коагуляторами. Совместим с электрохирургическими генераторами, используемыми у Заказчика. 2. функциональная характеристика: предназначен для обеспечения безопасного отвода электрического тока от пациента при проведении электрохирургических вмешательств. Обеспечивает равномерное распределение тока и снижает риск термического повреждения тканей. 3. качественная характеристика: по периметру электрода нанесён гипоаллергенный клей. В центральной части электрода нанесён токопроводящий липкий гидрогель. Обеспечивает надёжную фиксацию на коже пациента и стабильный электрический контакт. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение, состав. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: для пациентов с массой тела более 13,6 кг. Длина кабеля: 2,7 м. Одноразовое использование. Упаковка: 50 штук. Условия транспортировки и хранения - согласно инструкции производителя. Перед поставкой обязательное согласование с Заказчиком."