Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17923546-1
Сатып алудың атауы:	Стоматология мектебіне арналған стоматологиялық құралдар мен материалдар. (исп. +7-776-547-7261 Вячеслав Васильевич)
Лоттың нөмірі:	№ 88411998-ОИ2
Лоттың атауы:	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	стоматологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стоматологиялық Материал " сұйық сұйық композит ES flow материалының сипаттамалары Құрамында жоғары молекулалық мономер бар Полимерлеу шөгуі 2,4-тен аз% Қысуға төзімділік-290 МПа Диаметрлік тұрақтылық-58 МПа 1 – ден 5-3-ке дейінгі шкала бойынша өтімділік (орташа) Радиоконтрастен Басқа өндірушілердің материалдарымен үйлесімді Vita түсі бойынша шығарылады"
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Алалыкин көшесі, 14
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стоматологиялық Материал " сұйық сұйық композит ES flow материалының сипаттамалары Құрамында жоғары молекулалық мономер бар Полимерлеу шөгуі 2,4-тен аз% Қысуға төзімділік-290 МПа Диаметрлік тұрақтылық-58 МПа 1 – ден 5-3-ке дейінгі шкала бойынша өтімділік (орташа) Радиоконтрастен Басқа өндірушілердің материалдарымен үйлесімді Vita түсі бойынша шығарылады"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17923546-1
Наименование закупки:	Стоматологические инструменты и материалы для школы стоматологии. (Исп. +7-776-547-7261 Вячеслав Васильевич)
Номер лота:	№ 88411998-ОИ2
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	стоматологический
Дополнительное описание лота:	Материал стоматологический "жидкотекучий композит ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА es flow Содержит высокомолекулярный мономер Полимеризационная усадка менее 2,4% Компрессионная устойчивость – 290 МПа Диаметральная устойчивость – 58 МПа Текучесть по шкале от 1 до 5 – 3 (средняя) Рентгеноконтрастен Совместим с материалами других производителей Выпускается по расцветке Vita"
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алалыкина, 14
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал стоматологический "жидкотекучий композит ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА es flow Содержит высокомолекулярный мономер Полимеризационная усадка менее 2,4% Компрессионная устойчивость – 290 МПа Диаметральная устойчивость – 58 МПа Текучесть по шкале от 1 до 5 – 3 (средняя) Рентгеноконтрастен Совместим с материалами других производителей Выпускается по расцветке Vita"