Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17482934-1
Сатып алудың атауы:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Лоттың нөмірі:	№ 87634212-3ЦП2
Лоттың атауы :	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фосфор (P) R:4×40 мл - Набор для определения Фосфора в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (P) (Фосфомолибдатный метод). 728 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Актобе к., Рыскулов к.192
Жеткізу мерзімі:	10.09.2026
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фосфор (P) R:4×40 мл - Набор для определения Фосфора в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (P) (Фосфомолибдатный метод). 728 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17482934-1
Наименование закупки:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Номер лота:	№ 87634212-ЗЦП2
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Фосфор (P) R:4×40 мл - Набор для определения Фосфора в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (P) (Фосфомолибдатный метод). 728 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, ул.Рыскулова 192
Срок поставки:	10.09.2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фосфор (P) R:4×40 мл - Набор для определения Фосфора в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (P) (Фосфомолибдатный метод). 728 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.