Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17709615-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (Бактериалогиялық зертхана (Внебюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 83567795-ЗЦП19
Лоттың атауы :	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	ауалы зарарсыздандыруды бақылауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа стерилизациясын бақылауға арналған бір реттік биологиялық индикатор В1
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауаны бақылауға арналған бір реттік биологиялық индикатор В1 Бір реттік биологиялық индикатор, процестің тиімділігін бақылауға арналған ауа арқылы стерильдеу. +5 °С температурада сақтау +30°С. Тікелей күн сәулесінің әсеріне сәулелер. Кепілді сақтау мерзімі 24 ай. Жеткізілетін дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы Нұсқаулықтың, сынақ хаттамасының, сертификаттың болуы сәйкестігі. Герметикалығы. Жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі кемінде 80%. Индикатор шыны Bacillus кептірілген споралары бар инъекцияланған сауыт licheniformis штамм G ВКМ В1711Д • флакон тығынмен жабылған, алюминий қақпақпен домалатылған • химиялық заттаңбада өтуді көзбен шолып анықтауға арналған 1-сынып индикаторы стерилдеу • тасымалдауыштағы споралардың саны: ISO бойынша n × 10 ^{6} 11138-4: 2006 (Е) немесе 28.02.1991 ж. МУ15/6-5 бойынша n × 10 ^{3} • инкубация температурасы: (37 ± 2) °С • инкубация уақыты 48 сағат • бір рет қолдану

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17709615-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (Бактериологическая лаборатория (Внебюджет))
Номер лота:	№ 83567795-ЗЦП19
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля воздушной стерилизации
Дополнительное описание лота:	Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации В1
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актюбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации В1 Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процесса воздушной стерилизации. Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Запрещается подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 24 месяца. Поставляемые медикаменты и средства медицинского назначения должны иметь Наличие инструкции, протокола испытаний, сертификата соответствия. Герметичность. Срок годности на момент доставки не менее 80 %. Индикатор представляет собой стеклянный флакон инокулированный высушенными спорами Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В1711Д • флакон закрыт пробкой, закатанной алюминиевым колпачком • на этикетке химический индикатор 1 класса для визуального определения прохождения стерилизации • количество спор на носителе: n×10^6 по ISO 11138-4:2006(E) или n×10^3 по МУ15/6-5 от 28.02.1991 г. • температура инкубации: (37±2)°С • время инкубации 48 часов • однократное применение